


MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA

ESTUDIO
DE
INSTITUCIONES
DE
ATENCION
MEDICA

EQUIPOS DE
LABORATORIO CLINICO

BOGOTA D. E. - COLOMBIA
1975



SERIE II
NUMERO 9

Estudio de Instituciones de Atención Médica

Raúl Paredes Manrique

Codirector

Ricardo Galán Morera

Codirector

Fernando Tirado Villegas

Jefe del Estudio

CONSEJO CONSULTIVO

Ministro de Salud Pública

Director del Instituto Nacional para
Programas Especiales de Salud

Presidente Asociación Colombiana
de Facultades de Medicina

Gerente del Instituto Colombiano
de Seguros Sociales

Gerente de la Caja Nacional de
Previsión Social

Presidente de la Asociación
Colombiana de Hospitales

Director Departamento Administrativo
Nacional de Estadística

COMITE TECNICO

División de Investigaciones Especiales
I N P E S

Asociación Colombiana de
Facultades de Medicina

División de Atención Médica,
Ministerio de Salud Pública

Oficina de Planeación,
Ministerio de Salud Pública

Oficina de Administración de Recursos
Humanos, Ministerio de Salud Pública

Estudio de Recursos Odontológicos
INPES

Escuela Nacional de Salud Pública

NOTA PRELIMINAR


La información estadística obtenida por medio de estudios conducidos científicamente y presentada después de ser sometida a dispendiosos procesos de tratamiento y depuración - garantía de una mayor confiabilidad en su utilización - constituye un instrumento provechoso aun cuando haya transcurrido un período de duración variable entre la colección de los datos y su publicación. Esta información es utilizable, en primer lugar, como fundamento para producir el análisis descriptivo de una situación anterior dada; en segundo lugar, como un eslabón estratégico que, en combinación con registros más actualizados, permite establecer una mayor aproximación al conocimiento de la trayectoria y de los ciclos de actividad del hecho analizado; y, finalmente, como base para la elaboración de proyecciones con diversas opciones de innovación.

La importancia de la información que se dá a conocer radica precisamente en que sirve como un elemento para entender el comportamiento y estructura de los diversos eventos sucedidos, ubicar las posibilidades de cambio y plantear políticas deseables para modificar la situación.

Las combinaciones comparativas requieren, para el cumplimiento de su finalidad, de una serie de puntos que evidencien una ruta histórica; por ello es importante el suministro de una perspectiva de apreciación de situaciones originales que permita destacar algunos indicadores que, al menos dentro de ciertos límites, constituyen elementos de peso para el análisis de las tendencias en aspectos fundamentales como expansiones y sus modalidades, incorporación de nuevas tecnologías e introducción de nuevos recursos, para el logro de los objetivos de un sector.

No escapa la utilidad del manejo revelador de las cifras que reflejan cambios como resultado de la evaluación de un sector. Las modificaciones en las políticas tienen su manifestación en cambios cualitativos y cuantitativos que inducen a respuestas de ajuste en las normas y en la organización. Necesariamente, de las consideraciones iniciales de cifras, se debe pasar de inmediato a las reflexiones sobre tipo y calidad de los recursos requeridos para cumplimiento adecuado de los proyectos, programas, estrategias y políticas formuladas.

JORGE TORRES SANCHEZ
Jefe - División Investigaciones Especiales



C O N T E N I D O

	Página
INTRODUCCION	22
GLOSARIO	24
UNIVERSO	29
TABLAS ESTADISTICAS.....	32
CENTRIFUGAS.....	33
TOTAL GENERAL EN EL PAIS	

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 1... 34
- En instituciones HOSPITALARIAS.....	
- TOTAL en el país, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 2... 35
- En BUEN ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 3... 36
- En MAL ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 4... 37
- NO INSTALADAS O EN TRAMITE, según capacidad. _____	TABLA 5... 38
- SIN INFORMACION DE ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 6... 39
- SIN INFORMACION DE CAPACIDAD, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 7... 40
- En instituciones AMBULATORIAS.....	
- TOTAL en el país, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 8... 41
- En BUEN ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 9... 42

		Página
- En MAL ESTADO de funcionamiento, según capacidad _____	TABLA 10...	43
- NO INSTALADAS O EN TRAMITE, según capacidad. _____	TABLA 11...	44
- SIN INFORMACION DE ESTADO Y CAPACIDAD. _____	NOTA A.....	45
- SIN INFORMACION DE CAPACIDAD, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 12...	46

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según capacidad. _____	TABLA 13...	47
- En instituciones HOSPITALARIAS, según capacidad. _____	TABLA 14...	48
- En instituciones AMBULATORIAS, según capacidad. _____	TABLA 15...	49

SECTOR OFICIAL - MLXTO

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 16...	50
- En instituciones HOSPITALARIAS.....		
- TOTAL en el país, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 17...	51
- En BUEN ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 18...	52
- En MAL ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 19...	53
- NO INSTALADAS O EN TRAMITE, según capacidad. _____	TABLA 20...	54
- SIN INFORMACION DE ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	NOTA B.....	55
- SIN INFORMACION DE CAPACIDAD, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 21...	56

	Página
- En HOSPITALES GENERALES según estado de funcionamiento, por niveles de regionalización. _____	TABLA 22... 57
- En BUEN ESTADO de funcionamiento, según capacidad, por niveles de regionalización. _____	TABLA 23... 58
- En MAL ESTADO de funcionamiento, según capacidad, por niveles de regionalización. _____	TABLA 24... 59
- NO INSTALADAS O EN TRAMITE, según capacidad, por niveles de regionalización. _____	TABLA 25... 60
- SIN INFORMACION DE CAPACIDAD, según estado de funcionamiento, por niveles de regionalización. _____	TABLA 26... 61
- En instituciones AMBULATORIAS	
- TOTAL en el país, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 27... 62
- En BUEN ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 28... 63
- En MAL ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	NOTA C..... 64
- SIN INFORMACION DE CAPACIDAD, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 29... 65

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según capacidad. _____	TABLA 30... 66
- En instituciones HOSPITALARIAS, según capacidad. _____	TABLA 31... 67
- En instituciones AMBULATORIAS, según capacidad. _____	TABLA 32... 68

SECTOR I.C.S.S.

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 33... 69
--	----------------

- En instituciones HOSPITALARIAS.....		
- TOTAL en el país, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 34...	70
- En BUEN ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 35...	71
- En MAL ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 36...	72
- SIN INFORMACION DE CAPACIDAD, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 37...	73
- En instituciones AMBULATORIAS.....		
- TOTAL en el país, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 38...	74
- En BUEN ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 39...	75
- NO INSTALADAS O EN TRAMITE, según capacidad. _____	NOTA D.....	76
- SIN INFORMACION DE CAPACIDAD, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 40...	77
<u>Grado de utilización</u>		
- En instituciones de ATENCION MEDICA, según capacidad. _____	TABLA 41...	78
- En instituciones HOSPITALARIAS, según capacidad. _____	TABLA 42...	79
- En instituciones AMBULATORIAS, según capacidad. _____	TABLA 43...	80

SECTOR "OTRAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS"

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 44...	81
- En instituciones HOSPITALARIAS.....		

- TOTAL en el país, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 45...	82
- En BUEN ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 46...	83
- En MAL ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	NOTA E.....	84
- NO INSTALADAS O EN TRAMITE, según capacidad. _____	NOTA F.....	85
- SIN INFORMACION DE CAPACIDAD, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 47...	86
- En instituciones AMBULATORIAS.....		
- TOTAL en el país, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 48...	87
- En BUEN ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 49...	88
- En MAL ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	NOTA G.....	89
- NO INSTALADAS O EN TRAMITE, según capacidad. _____	NOTA H.....	90

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según capacidad. _____	TABLA 50...	91
- En instituciones HOSPITALARIAS, según capacidad. _____	TABLA 51...	92
- En instituciones AMBULATORIAS, según capacidad. _____	TABLA 52...	93

SECTOR PRIVADO

Número

- En instituciones HOSPITALARIAS.....		
- TOTAL en el país, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 53...	94

- En BUEN ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	TABLA 54...	95
- En MAL ESTADO de funcionamiento, según capacidad. _____	NOTA I.....	96
- NO INSTALADAS O EN TRAMITE, según capacidad. _____	NOTA J.....	97
- SIN INFORMACION DE CAPACIDAD, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 55...	98

Grado de utilización

- En instituciones HOSPITALARIAS, según capacidad. _____	TABLA 56...	99
--	-------------	----

MICROCENTRIFUGAS.....		100
-----------------------	--	-----

TOTAL GENERAL EN EL PAIS

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 57...	101
- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 58...	102
- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 59...	103

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. _____	TABLA 60...	104
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____	TABLA 61...	105
- En instituciones AMBULATORIAS. _____	TABLA 62...	106

SECTOR OFICIAL - MIXTO

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 63...	107
--	-------------	-----

- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 64...	108
- En HOSPITALES GENERALES según estado de funcionamiento, por niveles de regionalización. _____	TABLA 65...	109
- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 66...	110

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. _____	TABLA 67...	111
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____	TABLA 68...	112
- En instituciones AMBULATORIAS. _____	TABLA 69...	113

SECTOR I.C.S.S.

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 70...	114
- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 71...	115
- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____	NOTA K.....	116

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. _____	TABLA 72...	117
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____	TABLA 73...	118
- En instituciones AMBULATORIAS. _____	TABLA 74...	119

SECTOR "OTRAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS"

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 75...	120
- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 76...	121

- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____ NOTA L..... 122

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. _____ TABLA 77... 123
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____ TABLA 78... 124
- En instituciones AMBULATORIAS. _____ TABLA 79... 125

SECTOR PRIVADO

Número

- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 80... 126

Grado de utilización

- En instituciones HOSPITALARIAS. _____ TABLA 81... 127

FOTOCOLORIMETROS..... 128

TOTAL GENERAL EN EL PAIS

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 82... 129
- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 83... 130
- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 84... 131

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. _____ TABLA 85... 132
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____ TABLA 86... 133
- En instituciones AMBULATORIAS. _____ TABLA 87... 134

SECTOR OFICIAL - MIXTO

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 88... 135
- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 89... 136
- En HOSPITALES GENERALES, según estado de funcionamiento por niveles de regionalización. _____ TABLA 90... 137
- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 91... 138

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. _____ TABLA 92... 139
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____ TABLA 93... 140
- En instituciones AMBULATORIAS. _____ TABLA 94... 141

SECTOR I.C.S.S.

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 95... 142
- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 96... 143
- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 97... 144

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. _____ TABLA 98... 145
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____ TABLA 99... 146
- En instituciones AMBULATORIAS. _____ TABLA 100 .. 147

SECTOR "OTRAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS"

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 101... 140
- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 102... 149
- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 103... 151

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. ____ TABLA 104... 151
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____ TABLA 105... 152
- En instituciones AMBULATORIAS. _____ TABLA 106... 153

SECTOR PRIVADO

Número

- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 107... 154

Grado de utilización

- En instituciones HOSPITALARIAS. _____ TABLA 108... 155

FOTOMETROS DE LLAMA..... 156

TOTAL GENERAL EN EL PAIS

Número

- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento por fuentes de financiación. _____ TABLA 109... 157

SECTOR OFICIAL - MIXTO

Número

- En HOSPITALES GENERALES, según estado de funcionamiento, por niveles de regionalización. _____ TABLA 110... 158

HORNO - ESTUFAS..... 159

TOTAL GENERAL EN EL PAIS

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 111... 160
- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 112... 161
- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 113... 162

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. _____ TABLA 114... 163
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____ TABLA 115... 164
- En instituciones AMBULATORIAS. _____ TABLA 116... 165

SECTOR OFICIAL - MIXTO

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 117... 166
- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 118... 167
- En HOSPITALES GENERALES, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 119... 168
- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____ TABLA 120... 169

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. _____ TABLA 121... 170
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____ TABLA 122... 171
- En instituciones AMBULATORIAS. _____ TABLA 123... 172

SECTOR I.C.S.S.

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 124...	173
- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 125...	174
- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 126...	175

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. _____	TABLA 127...	176
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____	TABLA 128...	177
- En instituciones AMBULATORIAS. _____	TABLA 129...	178

SECTOR "OTRAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS"

Número

- En instituciones de ATENCION MEDICA, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 130...	179
- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 131...	180
- En instituciones AMBULATORIAS, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 132...	181

Grado de utilización

- En instituciones de ATENCION MEDICA. _____	TABLA 133...	182
- En instituciones HOSPITALARIAS. _____	TABLA 134...	183
- En instituciones AMBULATORIAS. _____	TABLA 135...	184

SECTOR PRIVADO

Número

- En instituciones HOSPITALARIAS, según estado de funcionamiento. _____	TABLA 136...	185
---	--------------	-----

Grado de utilización

- En instituciones HOSPITALARIAS. _____ TABLA 137... 186

* * * *

I N T R O D U C C I O N

El presente documento suministra un resumen, en tablas estadísticas, de la información obtenida sobre algunos de los equipos para laboratorio clínico - Centrifugas, Microcentrifugas, Fotocolorímetros, Fotómetros de llama, Horno-estufas - de que disponían las instituciones de atención médica del país en el año de 1970 y complementa datos anteriormente publicados sobre el mismo tema*.

La información ofrece a nivel seccional y nacional una visión de la situación del país en el año del estudio referente a las características generales de número, estado de funcionamiento y grado de utilización de los equipos, relacionadas con variables tales como tipo de institución y sector según fuente de financiación al cual pertenecían.

De la fecha de la investigación a la actual, evidentemente deben haberse hecho ampliaciones y modificaciones en la dotación de las instituciones; el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, por medio de préstamos monetarios internacionales, ha hecho esfuerzos por impulsar en los hospitales pertenecientes al sector oficial, la adquisición de nuevos equipos; con el fin de que estas instituciones puedan cumplir en forma más adecuada con las actividades que normativamente deben desarrollar.

Las observaciones hechas en el Estudio de Instituciones de Atención Médica y las relacionadas con las novedades recientes, inician el registro

* Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional para Programas Especiales de Salud, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina - Informe General. Serie II, No. 3. Estudio de Instituciones de Atención Médica - Bogotá, 1971.

sistemático de estos fenómenos. A través de la información estadística existente en el sector, parte de la cual se publica en la presente edición, se puede establecer la trayectoria de las diferentes acciones en los años próximos pasados.

La información que se presenta es extraída de los tabulados matrices de computador disponibles; en caso de ser necesario un mayor desglose u otros tipos de cruces de variables, es posible obtenerlos de los archivos integrados existentes.

El documento incluye, además de las tablas estadísticas, un glosario que facilita la comprensión rápida de la terminología usada y un resumen descriptivo del universo, sujeto general del Estudio de Instituciones de Atención Médica, que ubica globalmente a los usuarios de la información suministrada en esta edición.

En la elaboración del documento participaron las siguientes personas: Fernando Romero, Guillermo Arenas, Víctor Venegas e Ignacio Padrón, bajo la coordinación del señor José Antonio Dorado C. La labor de mecanografía estuvo a cargo de Beatriz de Alvarez, Sofía Corredor, Margarita de Robayo y Cecilia de Martínez.

G L O S A R I O

AMBULATORIAS, instituciones...: Son las instituciones dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios de atención médica a pacientes externos.

ATENCION MEDICA, instituciones de...: Este término involucra en forma genérica a las instituciones hospitalarias y ambulatorias (ver estas definiciones).

BUEN ESTADO de funcionamiento: Se considera este estado para aquellos equipos que en el momento de la visita estaban en capacidad de prestar servicios en forma total o parcial.

CAPACIDAD: La capacidad para los equipos de laboratorio clínico fue expresada según revoluciones por minuto de fábrica.

GRADO DE UTILIZACION: Es la relación entre el número de horas diarias que potencialmente debían trabajar los equipos investigados y las horas reales de trabajo diario obtenidas en la visita; se expresa esta relación en términos porcentuales. Se tomaron ocho (8) como horas diarias potenciales de trabajo.

HOSPITALARIAS, instituciones...: Son aquellas instituciones que poseen camas para la atención médica de pacientes con fines de observación, diagnóstico y tratamiento durante un período no menor de 24 horas. Incluye este término a los centros de salud con camas.

ICSS, instituciones del...: Son aquellas instituciones cuya financiación procede del Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

LOCAL, nivel...: (Ver definición de NIVELES DE REGIONALIZACION). Corresponde a instituciones hospitalarias ubicadas en municipios con 3.000 y más habitantes en la cabecera, los cuales están habilitados para realizar labores de prevención, fomento, recuperación y rehabilitación. Se contemplan dos modalidades: el nivel local A y el nivel local B, diferenciándose este último del primero por poseer servicio de cirugía electiva.

MAL ESTADO de funcionamiento: Se considera este estado para aquellos equipos que en el momento de la visita no se podían utilizar totalmente por presentar cualquier daño. Los que no se estaban utilizando por falta de personal, materiales o combustible se consideraron como equipos en buen estado.

NIVELES DE REGIONALIZACION: El Ministerio de Salud Pública, la Asociación de Facultades de Medicina y el Instituto Nacional para Programas Especiales de Salud presentaron una propuesta sobre niveles de atención médica.

Los niveles de atención médica están basados en la organización piramidal de los servicios de atención médica en cuya base se ubican los organismos más elementales y numerosos haciéndose más complejos y de menor número a medida que se aproximan al vértice. Cada nivel superior complementa las funciones de los niveles inferiores de sus respectivas zonas de influencia creándose en esta forma un sistema articulado y jerarquizado de aten

ción médica. De la base hacia el vértice se determinan los siguientes niveles: Local, Regional y Universitario. (Ver estas definiciones).

Para definir estos niveles se tuvo en cuenta la ubicación geográfica, las actividades por desarrollar y el personal necesario en relación con las actividades programadas.

NO INSTALADO O EN TRAMITE: No instalados se consideraron aquellos equipos en buen estado que estaban en el almacén de cada institución y que podían ser instalados y utilizados en cualquier momento. En trámite se consideraron aquellos equipos que no habían llegado a la institución, pero cuya financiación y consecución estaban aseguradas.

OFICIALES - MIXTAS, instituciones...: Institución de atención médica oficial es aquella cuya única fuente de financiación proviene del Gobierno, sea Nacional, Departamental o Municipal o de la combinación de éstos y es canalizada a través del Ministerio de Salud Pública o de sus agencias. Institución de atención médica mixta es aquella cuya fuente de financiación proviene de auxilios gubernamentales, venta de servicios a la comunidad, donaciones o legados o rentas propias de la misma institución.

OTRAS DESCENTRALIZADAS, instituciones del sector...: Son aquellas instituciones cuya financiación procede, total o parcialmente, del estado pero canalizada a través de Ministerios diferentes al de Salud Pública; incluye instituciones de las diversas Cajas de Previsión Social y Servicios de

Salud de las Fuerzas Armadas, Ferrocarriles Nacionales, Ecopetrol, Salinas Marítimas, Ministerio de Obras Públicas y Empresas Públicas Municipales; excluye al Instituto Colombiano de Seguros Sociales el cual, aunque pertenece al sector descentralizado, se ha considerado aparte para efectos de presentación.

POTENCIALES, horas de trabajo...: Para efectos del estudio se establecieron en forma hipotética (potenciales) ocho (8) horas de trabajo diario para los equipos médicos, excepción hecha de los autoclaves y las ambulancias cuyo patrón de trabajo potencial fue establecido en 24 horas de trabajo diario.

PRIVADAS, instituciones...: Son aquellas instituciones cuya fuente de financiación proviene exclusivamente de la venta de servicios de atención médica a la comunidad o de fondos privados de una fundación o persona natural o jurídica.

REALES, horas de trabajo...: Se consideraron horas reales de trabajo diario para cada equipo, las suministradas por el informante en la visita hecha a cada institución.

REGIONAL, nivel..: (Ver definición de NIVELES DE REGIONALIZACION). El nivel regional implica la existencia de algunas especialidades médicas y acepta dos modalidades: Tipo A, ubicado en la sede de áreas programáticas de salud y Tipo B que se ubica en las capitales de departamentos que no poseen hospital universitario. Dentro de las especialidades mé-

UNIVERSO *

El inventario de las Instituciones de Atención Médica existentes en el país, se fundamentó en la confrontación y actualización de las listas suministradas por el estudio de Recursos Humanos, el Ministerio de Salud Pública y el Departamento Nacional de Estadística (DANE), procedimiento que permitió la unificación del listado de las instituciones para el año de 1.969.

Esta información fue posteriormente consultada y ajustada con el personal técnico de los Servicios Seccionales de Salud durante los meses de enero y febrero del año de 1.970, dando como resultado un inventario inicial de 2.507 instituciones de atención médica; 779 hospitales y 1.728 instituciones ambulatorias.

Las cifras así obtenidas fueron modificadas durante el desarrollo del Estudio, debido a la detección de instituciones adicionales y a la exclusión de otras, por las siguientes razones: no existencia del organismo, especialmente aplicable a los centros de salud que merced a la política de integración quedaron incorporados a los hospitales; en construcción, y por lo tanto, en el momento del Estudio o no estaban funcionando o estaban próximos a iniciar actividades; también la diferente denominación del organismo en cuanto al tipo de servicios prestados ocasionó cambios en el listado inicial.

* Tomado de: Porras N, José A. y Col. RECURSO INSTITUCIONAL. - Estudio de Instituciones de Atención Médica Serie II, No. 6 - Bogotá, 1973

cial. Las anteriores razones hicieron que el total definitivo fuera de 738 instituciones hospitalarias y 1,532 ambulatorias.

Del total de instituciones hospitalarias existentes al momento de la encuesta, se obtuvo información en 735 de ellas, lo que representa una cobertura de 99.6%. Así mismo, sobre el total de instituciones ambulatorias, la información fue obtenida en 1.530 de ellas, equivalente a una cobertura final de 99.9%.

COBERTURA DEL ESTUDIO DE INSTITUCIONES DE ATENCION
MEDICA, COLOMBIA - 1.969

Tipo de Insti- tución	Total de Insti- tuciones	C O B E R T U R A	
		No.	%
T O T A L	2.270	2.265	99.8
Hospitalarias	738	735	99.6
Ambulatorias	1.532	1.530	99.9

El universo del Estudio comprendió todas las instituciones hospitalarias que estaban funcionando en el país en el año de 1969 y las instituciones ambulatorias dependientes del sector oficial - mixto denominadas Consultorios Externos, Centros de Salud y Puestos de Salud; incluyó también los Consultorios Externos dependientes del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) y de otras entidades descentralizadas. Fueron excluidas las pertenecientes al sector privado, tales como consultorios médicos particu-

lares y de otros organismos de carácter privado, por la dificultad en la identificación de este universo.

Colombia tenía a 31 de Diciembre de 1969, un total de 2.265 instituciones de Atención Médica Hospitalaria y Ambulatoria, siendo esta cifra la significación del 99.8% de la cobertura alcanzada en el Estudio.

La distribución según los dos tipos de instituciones estudiadas era la siguiente: el 32.5% (735 instituciones) eran entidades con servicio de hospitalización que involucraron Clínicas, Hospitales y Centros de Salud con camas; el 67.5% restante (1.530 instituciones) eran de tipo ambulatorio, es decir, que los servicios allí brindados, no requieren de la internación de las personas consultantes. Esta distribución establece una relación aproximada de 3 hospitalarias por 7 ambulatorias, valor indicativo mínimo, puesto que no se contemplaron las instituciones ambulatorias privadas.

La distribución de las instituciones de atención médica de acuerdo a la fuente de financiación o también denominado sector, estableció que la mayoría de estas instituciones pertenecían al oficial - mixto, 80.9% (1.831), el 8.4% (191) al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS), el 7.1% (161 hospitales únicamente) al sector privado y finalmente el 3.6% (82) eran de entidades descentralizadas diferentes al ICSS.

* * * *

T A B L A S E S T A D I S T I C A S

S I M B O L O G I A

Dato no disponible.....	---
Categoría no aplicable.....	...
Cantidad cero.....	-
Cantidad más que cero (0) pero me - nos que 0.05.....	0.0

* * * *

CENTRIFUGAS




Tabla No. 1 CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.A.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	94	91.3	5	4.8	4	3.9	103	100.0
Atlántico	25	89.3	3	10.7	-	-	28	100.0
Bogotá, D.E.	117	85.4	7	5.1	13	9.5	137	100.0
Bolívar	36	83.7	3	7.0	4	9.3	43	100.0
Boyacá	27	75.0	7	19.4	2	5.6	36	100.0
Caldas	41	97.6	1	2.4	-	-	42	100.0
Cauca	12	100.0	-	-	-	-	12	100.0
Cesar	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Córdoba	12	92.3	1	7.7	-	-	13	100.0
Cundinamarca	50	83.3	7	11.7	3	5.0	60	100.0
Chocó	8	61.5	3	23.1	2	15.4	13	100.0
Huila	11	84.6	-	-	2	15.4	13	100.0
La Guajira	7	87.5	-	-	1	12.5	8	100.0
Magdalena	16	88.9	2	11.1	-	-	18	100.0
Meta	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Nariño	15	75.0	2	10.0	3	15.0	20	100.0
Norte de Santander	19	90.5	1	4.8	1	4.7	21	100.0
Quindío	10	100.0	-	-	-	-	10	100.0
Risaralda	15	83.3	3	16.7	-	-	18	100.0
Santander	54	98.1	-	-	1	1.8	55	100.0
Sucre	5	83.3	1	16.7	-	-	6	100.0
Tolima	19	86.4	2	9.1	1	4.5	22	100.0
Valle del Cauca	107	91.5	6	5.1	4	3.4	117	100.0
Arauca	-	-	-	-	2	100.0	2	100.0
Caquetá	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Putumayo	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
San Andrés y Providencia	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Vaupés	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Amazonas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	723	88.2	54	6.6	43	5.2	820	100.0

Excluye 7 centrifugas SIN INFORMACION DE ESTADO: 1 en Antioquia
 2 en Bogotá, D.E.
 1 en Norte de Santander
 1 en Quindío
 1 en Santander
 1 en Valle del Cauca

Tabla No. 2 CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	80	92.0	5	5.7	2	2.3	87	100.0
Atlántico	23	88.5	3	11.5	-	-	26	100.0
Bogotá, D.E.	97	83.6	6	5.2	13	11.2	116	100.0
Bolívar	31	88.6	3	8.6	1	2.8	35	100.0
Boyacá	27	75.0	7	19.4	2	5.6	36	100.0
Caldas	34	97.1	1	2.9	-	-	35	100.0
Cauca	12	100.0	-	-	-	-	12	100.0
Cesar	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Córdoba	12	92.3	1	7.7	-	-	13	100.0
Cundinamarca	48	82.7	7	12.1	3	5.2	58	100.0
Chocó	7	70.0	1	10.0	2	20.0	10	100.0
Huila	11	84.6	-	-	2	15.4	13	100.0
La Guajira	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Magdalena	14	87.5	2	12.5	-	-	16	100.0
Meta	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Nariño	12	70.6	2	11.8	3	17.6	17	100.0
Norte de Santander	17	100.0	-	-	-	-	17	100.0
Quindío	9	100.0	-	-	-	-	9	100.0
Risaralda	15	83.3	3	16.7	-	-	18	100.0
Santander	50	98.0	-	-	1	2.0	51	100.0
Sucre	3	75.0	1	25.0	-	-	4	100.0
Tolima	19	86.4	2	9.1	1	4.5	22	100.0
Valle del Cauca	94	90.4	6	5.8	4	3.8	104	100.0
Arauca	-	-	-	-	2	100.0	2	100.0
Caquetá	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Putumayo	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
San Andrés y Providencia	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Vaupés	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Amazonas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	645	88.2	50	6.9	36	4.9	731	100.0

Excluye 6 centrifugas SIN INFORMACION DE ESTADO: 1 en Antioquia
2 en Bogotá, D.E.
1 en Norte de Santander
1 en Santander
1 en Valle del Cauca

Tabla No. 3 CENTRIFUGAS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO						TOTAL	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		15.000 y más		No.	%
	No.	%	No.	%	No.	%		
Antioquia	28	58.3	20	41.7	-	-	48	100.0
Atlántico	10	45.5	12	54.5	-	-	22	100.0
Bogotá, D.E.	35	51.5	31	45.6	2	2.9	68	100.0
Bolívar	20	74.1	7	25.9	-	-	27	100.0
Boyacá	11	55.0	8	40.0	1	5.0	20	100.0
Caldas	9	40.9	12	54.5	1	4.6	22	100.0
Cauca	2	18.2	9	81.8	-	-	11	100.0
Cesar	3	60.0	2	40.0	-	-	5	100.0
Córdoba	5	50.0	5	50.0	-	-	10	100.0
Cundinamarca	24	68.6	11	31.4	-	-	35	100.0
Chocó	2	40.0	3	60.0	-	-	5	100.0
Huila	4	57.1	3	42.9	-	-	7	100.0
La Guajira	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Magdalena	5	41.7	7	58.3	-	-	12	100.0
Meta	2	66.7	-	-	1	33.3	3	100.0
Nariño	5	83.3	1	16.7	-	-	6	100.0
Norte de Santander	6	35.3	11	64.7	-	-	17	100.0
Quindío	5	62.5	3	37.5	-	-	8	100.0
Risaralda	3	33.3	6	66.7	-	-	9	100.0
Santander	27	57.4	20	42.6	-	-	47	100.0
Sucre	2	66.7	1	33.3	-	-	3	100.0
Tolima	10	58.8	7	41.2	-	-	17	100.0
Valle del Cauca	51	58.6	28	32.2	8	9.2	87	100.0
Caquetá	1	20.0	4	80.0	-	-	5	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
San Andrés y Providencia	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Vaupés	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	276	55.2	212	42.2	13	2.6	501	100.0

Tabla No. 4 CENTRIFUGAS EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS*, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO				T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		No.	%
	No.	%	No.	%		
Antioquia	4	100.0	-	-	4	100.0
Atlántico	3	100.0	-	-	3	100.0
Bogotá, D.E.	1	50.0	1	50.0	2	100.0
Bolívar	1	100.0	-	-	1	100.0
Boyacá	3	75.0	1	25.0	4	100.0
Córdoba	1	100.0	-	-	1	100.0
Cundinamarca	1	25.0	3	75.0	4	100.0
Magdalena	1	100.0	-	-	1	100.0
Nariño	1	100.0	-	-	1	100.0
Risaralda	1	100.0	-	-	1	100.0
Sucre	1	100.0	-	-	1	100.0
Tolima	1	100.0	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	3	75.0	1	25.0	4	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	22	78.6	6	21.4	28	100.0

* No se encontraron centrifugas de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

Tabla No. 5 CENTRIFUGAS NO INSTALADAS O EN TRAMITE EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS*, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO				T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		No.	%
	No.	%	No.	%		
Antioquia	1	50.0	1	50.0	2	100.0
Bogotá, D.E.	7	100.0	-	-	7	100.0
Bolívar	1	100.0	-	-	1	100.0
Cundinamarca	1	100.0	-	-	1	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	1	100.0
Nariño	1	50.0	1	50.0	2	100.0
Santander	1	100.0	-	-	1	100.0
Tolima	1	100.0	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	3	100.0	-	-	3	100.0
Arauca	2	100.0	-	-	2	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	19	90.5	2	9.5	21	100.0

* No se encontraron centrifugas de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

Tabla No. 6 CENTRIFUGAS SIN INFORMACION DE ESTADO EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1,970*

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO
	Menos de 5.000
	No.
Norte de Santander	1
Santander	1
Valle del Cauca	1
Resto del país	-
T O T A L	3

* No se encontraron centrifugas de 5.000 - 14.999 y de 15.000 y MAS revoluciones por minuto.

Tabla No. 7 CENTRIFUGAS SIN INFORMACION DE CAPACIDAD EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	32	97.0	1	3.0	-	-	33	100.0*
Atlántico	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Bogotá, D.E.	29	74.4	4	10.2	6	15.4	39	100.0
Bolívar	4	66.7	2	33.3	-	-	6	100.0
Boyacá	7	58.3	3	25.0	2	16.7	12	100.0
Caldas	12	92.3	1	7.7	-	-	13	100.0
Cauca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Cesar	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Córdoba	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Cundinamarca	13	72.2	3	16.7	2	11.1	18	100.0
Chocó	2	50.0	1	25.0	1	25.0	4	100.0
Huila	4	66.7	-	-	2	33.3	6	100.0
La Guajira	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Magdalena	2	66.7	1	33.3	-	-	3	100.0
Meta	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Nariño	6	75.0	1	12.5	1	12.5	8	100.0
Quindío	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Risaralda	6	75.0	2	25.0	-	-	8	100.0
Santander	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Tolima	2	66.7	1	33.3	-	-	3	100.0
Valle del Cauca	7	70.0	2	20.0	1	10.0	10	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Amazonas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	144	79.6	22	12.1	15	8.3	181	100.0

Excluye 3 centrifugas SIN INFORMACION DE ESTADO: 1 en Antioquia
2 en Bogotá, D.E.

* Ajustado

Tabla No. 8 CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
	Antioquia	14	87.5	-	-	2	12.5	16
Atlántico	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Bogotá, D.E.	20	95.2	1	4.8	-	-	21	100.0
Bolívar	5	62.5	-	-	3	37.5	8	100.0
Caldas	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Cundinamarca	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Chocó	1	33.3	2	66.7	-	-	3	100.0
La Guajira	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Magdalena	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Nariño	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Norte de Santander	2	50.0	1	25.0	1	25.0	4	100.0
Quindío	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Santander	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Sucre	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Valle del Cauca	13	100.0	-	-	-	-	13	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	78	87.6	4	4.5	7	7.9	89	100.0

Excluye 1 centrifuga SIN INFORMACION DE ESTADO en Quindío

Tabla No. 9 CENTRIFUGAS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO						TOTAL	
	Menos de 5,000		5,000 - 14,999		15,000 y más		No.	%
	No.	%	No.	%	No.	%		
Antioquia	2	15.4	11	84.6	-	-	13	100.0
Atlántico	1	50.0	1	50.0	-	-	2	100.0
Bogotá, D.E.	1	20.0	2	40.0	2	40.0	5	100.0
Bolívar	3	60.0	2	40.0	-	-	5	100.0
Caldas	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Cundinamarca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Magdalena	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Nariño	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Norte de Santander	-	-	2	100.0	-	-	2	100.0
Santander	1	25.0	2	50.0	1	25.0	4	100.0
Sucre	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	2	28.6	5	71.4	-	-	7	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	23	45.1	25	49.0	3	5.9	51	100.0

Tabla No. 10 CENTRIFUGAS EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS*, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO				T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		No.	%
	No.	%	No.	%		
Chocó	2	100.0	-	-	2	100.0
Norte de Santander	-	-	1	100.0	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	2	66.7	1	33.3	3	100.0

* No se encontraron centrifugas de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

Tabla No. 11 CENTRIFUGAS NO INSTALADAS O EN TRAMITE EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS*, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO				T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		No.	%
	No.	%	No.	%		
Bolívar	-	-	3	100.0	3	100.0
Norte de Santander	1	100.0	..	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-
T O T A L	1	25.0	3	75.0	4	100.0

*No se encontraron centrifugas de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

NOTA A. SIN INFORMACION DE ESTADO Y CAPACIDAD en Instituciones Ambulatorias se encontró una centrifuga en el departamento del Quindío.

Tabla No. 12 CENTRIFUGAS SIN INFORMACION DE CAPACIDAD EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	1	33.3	-	-	2	66.7	3	100.0
Bogotá, D.E.	15	93.8	1	6.2	-	-	16	100.0
Cundinamarca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
La Guajira	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Magdalena	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Nariño	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Quindío	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Sucre	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	27	87.1	1	3.2	3	9.7	31	100.0

Tabla No. 13 GRADO DE UTILIZACION DE CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO									T O T A L		
	Menos de 5.000			5.000 - 14.999			15.000 y más			Horas de tra- bajo	Reales	Grado de utiliza- ción
	Horas de tra- bajo	Poten- ciales	Reales	Horas de tra- bajo	Poten- ciales	Reales	Horas de trabajo	Poten- ciales	Reales			
Antioquia	240	196	81.7	240	159	66.3	480	355	74.0
Atlántico	88	127	144.3	104	64	61.5	192	191	99.5
Bogotá, D.E.	280	255	91.1	224	251	112.1	32	5	15.6	536	511	95.3
Bolívar	176	127	72.2	72	57	79.2	248	184	74.2
Boyacá	56	23	41.1	40	22	55.0	96	45	46.9
Caldas	128	84	65.6	96	146	152.1	8	4	50.0	232	234	100.1
Cauca	8	-	-	72	42	58.3	80	42	52.5
Cesar	24	9	37.5	16	14	87.5	40	23	57.5
Córdoba	40	24	60.0	40	5	12.5	80	29	36.3
Cundinamarca	184	84	45.7	80	45	56.3	264	129	48.9
Chocó	24	6	25.0	24	8	33.3	48	14	29.2
Huila	32	12	37.5	24	10	41.7	56	22	39.3
La Guajira	32	12	37.5	32	12	37.5
Magdalena	48	27	56.3	56	18	32.1	104	45	43.3
Meta	16	11	68.8	8	4	50.0	24	15	62.5
Nariño	56	21	37.5	8	-	64	21	32.8
Norte de Santander	48	18	37.5	104	36	34.6	152	54	35.5
Quindío	40	40	100.0	24	22	91.7	64	62	96.9
Risaralda	16	25	156.3	48	13	27.1	64	38	59.4
Santander	208	145	69.7	168	73	43.5	8	3	37.5	384	221	57.6
Sucre	24	6	25.0	8	4	50.0	32	10	31.3
Tolima	80	24	30.0	56	24	42.9	136	48	35.3
Valle del Cauca	424	253	59.7	264	227	86.0	64	31	48.4	752	511	68.0
Caquetá	8	1	12.5	32	4	12.5	40	5	12.5
Putumayo	8	3	37.5	8	3	37.5
San Andrés y Providencia	8	3	37.5	8	3	37.5
Vaupés	8	-	-	8	-	-
Resto del país
T O T A L	2.296	1.533	66.8	1.808	1.247	69.0	120	47	39.2	4.224	2.827	66.9

* Incluye únicamente centrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 14 GRADO DE UTILIZACION DE CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO									T O T A L		
	Menos de 5.000			5.000 - 14.999			15.000 y más					
	Horas de tra- bajo		Grado de utiliza- ción	Horas de tra- bajo		Grado de utiliza- ción	Horas de trabajo		Grado de utiliza- ción	Horas de tra- bajo		Grado de utiliza- ción
Poten- ciales	Reales	Poten- ciales		Reales	Poten- ciales		Rea- les	Poten- ciales		Reales		
Antioquia	224	186	83.0	160	119	74.4	384	305	79.4
Atlántico	80	122	152.5	96	62	64.6	176	184	104.6
Bogotá, D.E.	272	247	90.8	224	251	112.1	16	5	31.2	512	503	98.3
Bolívar	152	121	79.6	56	42	75.0	208	163	78.4
Boyacá	56	23	41.1	40	22	55.0	96	45	46.9
Caldas	72	40	55.6	96	146	152.1	8	4	50.0	176	190	108.0
Cauca	8	-	-	72	42	58.4	80	42	52.5
Cesar	24	9	37.5	16	14	87.5	40	23	57.5
Córdoba	40	24	60.0	40	5	12.5	80	29	36.2
Cundinamarca	176	83	47.2	80	45	56.2	256	128	50.0
Chocó	16	3	18.8	24	8	33.4	40	11	27.5
Huila	32	12	37.5	24	10	41.7	56	22	39.3
La Guajira	32	12	37.5	32	12	37.5
Magdalena	40	24	60.0	56	18	32.2	96	42	43.8
Meta	16	11	68.8	8	4	50.0	24	15	62.5
Nariño	40	20	50.0	8	-	-	48	20	41.7
Norte de Santander	48	18	37.5	88	29	33.0	136	47	34.6
Quindío	40	40	100.0	24	22	91.7	64	62	96.9
Risaralda	16	25	156.2	48	13	27.1	64	38	59.4
Santander	200	142	71.0	152	67	44.1	352	209	59.4
Sucre	16	3	18.8	8	4	50.0	24	7	29.2
Tolima	80	24	30.0	56	24	42.9	136	48	35.3
Valle del Cauca	408	248	60.8	224	198	88.4	64	31	48.4	696	477	68.6
Caquetá	8	1	12.5	32	4	12.5	40	5	12.5
Putumayo	8	3	37.5	8	3	37.5
San Andrés y Providencia	8	3	37.5	8	3	37.5
Vaupés	8	-	-	8	-	-
Resto del país
T O T A L	2.112	1.441	68.2	1.632	1.148	70.4	96	44	45.8	3.840	2.633	68.6

*Incluye únicamente centrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 15 GRADO DE UTILIZACION DE CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO									T O T A L			
	Menos de 5.000			5.000 - 14.999			15.000 y más			Horas de trabajo	Grado de utiliza- ción	Horas de trabajo	Grado de utiliza- ción
	Horas de trabajo	Grado de utiliza- ción	Horas de trabajo	Grado de utiliza- ción	Horas de trabajo	Grado de utiliza- ción	Horas de trabajo	Grado de utiliza- ción					
	Poten- ciales	Rea- les	Poten- ciales	Rea- les	Poten- ciales	Rea- les	Poten- ciales	Rea- les	Poten- ciales	Rea- les	Poten- ciales	Rea- les	
Antioquia	16	10	62.5	80	40	50.0	96	50	52.1	
Atlántico	8	5	62.5	8	2	25.0	16	7	43.8	
Bogotá, D.E.	8	8	100.0	16	-	..	24	8	33.4	
Bolívar	24	6	25.0	16	15	93.8	40	21	52.5	
Caldas	56	44	78.6	56	44	78.6	
Cundinamarca	8	1	12.5	8	1	12.5	
Chocó	8	3	37.5	8	3	37.5	
Magdalena	8	3	37.5	8	3	37.5	
Nariño	16	1	6.2	16	1	6.2	
Norte de Santander	16	7	43.8	16	7	43.8	
Santander	8	3	37.5	16	6	37.5	8	3	37.5	32	12	37.5	
Sucre	8	3	37.5	8	3	37.5	
Valle del Cauca	16	5	31.2	40	29	72.5	56	34	60.7	
Resto del país	
T O T A L	184	92	50.0	176	99	56.2	24	3	12.5	384	194	50.5	

*

Incluye únicamente centrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 16 CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA OFICIALES - MIXTAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
	Antioquia	62	89.9	3	4.3	4	5.8	69
Atlántico	13	81.3	3	18.7	-	-	16	100.0
Bogotá, D.E.	52	89.7	5	8.6	1	1.7	58	100.0
Bolívar	17	89.5	1	5.2	1	5.3	19	100.0*
Boyacá	18	69.2	6	23.1	2	7.7	26	100.0
Caldas	36	97.3	1	2.7	-	-	37	100.0
Cauca	12	100.0	-	-	-	-	12	100.0
Cesar	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Córdoba	12	92.3	1	7.7	-	-	13	100.0
Cundinamarca	44	84.6	5	9.6	3	5.8	52	100.0
Chocó	7	58.3	3	25.0	2	16.7	12	100.0
Huila	9	81.8	-	-	2	18.2	11	100.0
La Guajira	5	83.3	-	-	1	16.7	6	100.0
Magdalena	13	86.7	2	13.3	-	-	15	100.0
Meta	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Nariño	14	77.8	2	11.1	2	11.1	18	100.0
Norte de Santander	13	100.0	-	-	-	-	13	100.0
Quindío	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Risaralda	12	85.7	2	14.3	-	-	14	100.0
Santander	39	97.5	-	-	1	2.5	40	100.0
Sucre	5	83.3	1	16.7	-	-	6	100.0
Tolima	14	82.3	2	11.8	1	5.9	17	100.0
Valle del Cauca	86	89.6	6	6.2	4	4.2	96	100.0
Arauca	-	-	-	-	2	100.0	2	100.0
Caquetá	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
San Andrés y Providencia	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Amazonas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Vaupés	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	509	88.1	43	7.4	26	4.5	578	100.0

* Ajustado

Excluye 3 centrifugas SIN INFORMACION DE ESTADO: 1 en Norte de Santander
1 en Valle del Cauca
1 en Quindío

Tabla No. 17 CENTRIFUGAS EN HOSPITALES OFICIALES - MIXTOS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	58	92.1	3	4.7	2	3.2	63	100.0
Atlántico	12	80.0	3	20.0	-	-	15	100.0
Bogotá, D.E.	43	89.6	4	8.3	1	2.1	48	100.0
Bolívar	17	89.5	1	5.2	1	5.3	19	100.0
Boyacá	18	69.2	6	23.1	2	7.7	26	100.0
Caldas	33	97.1	1	2.9	-	-	34	100.0
Cauca	12	100.0	-	-	-	-	12	100.0
Cesar	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Córdoba	12	92.3	1	7.7	-	-	13	100.0
Cundinamarca	43	84.3	5	9.8	3	5.9	51	100.0
Chocó	6	66.7	1	11.1	2	22.2	9	100.0
Huila	9	81.8	-	-	2	18.2	11	100.0
La Guajira	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Magdalena	12	85.7	2	14.3	-	-	14	100.0
Meta	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Nariño	11	73.3	2	13.4	2	13.3	15	100.0
Norte de Santander	13	100.0	-	-	-	-	13	100.0
Quindío	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Risaralda	12	85.7	2	14.3	-	-	14	100.0
Santander	35	97.2	-	-	1	2.8	36	100.0
Sucre	3	75.0	1	25.0	-	-	4	100.0
Tolima	14	82.3	2	11.8	1	5.9	17	100.0
Valle del Cauca	74	88.1	6	7.1	4	4.8	84	100.0
Arauca	-	-	-	-	2	100.0	2	100.0
Caquetá	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
San Andrés y Providencia	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Amazonas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Vaupés	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	467	88.1	40	7.6	23	4.3	530	100.0

* Ajustado

Excluye 2 centrifugas SIN INFORMACION DE ESTADO: 1 en Norte de Santander
1 en Valle del Cauca

Tabla No. 18 CENTRIFUGAS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES OFICIALES - MIXTOS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO						TOTAL	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		15.000 y más		No.	%
	No.	%	No.	%	No.	%		
Antioquia	19	51.4	18	48.6	-	-	37	100.0
Atlántico	8	72.7	3	27.3	-	-	11	100.0
Bogotá, D.E.	21	53.8	18	46.2	-	-	39	100.0
Bolívar	12	85.7	2	14.3	-	-	14	100.0
Boyacá	6	42.9	7	50.0	1	7.1	14	100.0
Caldas	9	42.8	11	52.4	1	4.8	21	100.0
Cauca	2	18.2	9	81.8	-	-	11	100.0
Cesar	3	60.0	2	40.0	-	-	5	100.0
Córdoba	5	50.0	5	50.0	-	-	10	100.0
Cundinamarca	22	71.0	9	29.0	-	-	31	100.0
Chocó	2	50.0	2	50.0	-	-	4	100.0
Huila	3	50.0	3	50.0	-	-	6	100.0
La Guajira	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Magdalena	3	30.0	7	70.0	-	-	10	100.0
Meta	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Nariño	5	83.3	1	16.7	-	-	6	100.0
Norte de Santander	4	30.8	9	69.2	-	-	13	100.0
Quindío	4	80.0	1	20.0	-	-	5	100.0
Risaralda	3	33.3	6	66.7	-	-	9	100.0
Santander	23	69.7	10	30.3	-	-	33	100.0
Sucre	2	66.7	1	33.3	-	-	3	100.0
Tolima	8	66.7	4	33.3	-	-	12	100.0
Valle del Cauca	42	60.9	24	34.8	3	4.3	69	100.0
Caquetá	1	25.0	3	75.0	-	-	4	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
San Andrés y Providencia	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Vaupés	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	214	57.1	156	41.6	5	1.3	375	100.0

Tabla No. 19 CENTRIFUGAS EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES OFICIALES - MIXTOS*, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO				T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		No.	%
	No.	%	No.	%		
Antioquia	3	100.0	-	-	3	100.0
Atlántico	3	100.0	-	-	3	100.0
Bogotá, D.E.	1	50.0	1	50.0	2	100.0
Bolívar	1	100.0	-	-	1	100.0
Boyacá	2	66.7	1	33.3	3	100.0
Córdoba	1	100.0	-	-	1	100.0
Cundinamarca	1	33.3	2	66.7	3	100.0
Magdalena	1	100.0	-	-	1	100.0
Nariño	1	100.0	-	-	1	100.0
Risaralda	1	100.0	-	-	1	100.0
Sucre	1	100.0	-	-	1	100.0
Tolima	1	100.0	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	3	75.0	1	25.0	4	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	20	80.0	5	20.0	25	100.0

*No se encontraron centrifugas de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

Tabla No. 20 CENTRIFUGAS NO INSTALADAS O EN TRAMITE EN HOSPITALES OFICIALES - MIXTOS*, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO				T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		No.	%
	No.	%	No.	%		
Antioquia	1	50.0	1	50.0	2	100.0
Bogotá, D.E.	1	100.0	-	-	1	100.0
Bolívar	1	100.0	-	-	1	100.0
Cundinamarca	1	100.0	-	-	1	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	1	100.0
Nariño	-	-	1	100.0	1	100.0
Santander	1	100.0	-	-	1	100.0
Tolima	1	100.0	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	3	100.0	-	-	3	100.0
Arauca	2	100.0	-	-	2	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	12	85.7	2	14.3	14	100.0

*No se encontraron centrifugas de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

NOTA B. SIN INFORMACION DE ESTADO en Instituciones Hospitalarias se encontraron dos centrifugas con capacidad de menos de 5.000 revoluciones por minuto en el departamento de Norte de Santander y Valle del Cauca.

Tabla No. 21 CENTRIFUGAS EN HOSPITALES OFICIALES - MIXTOS SIN INFORMACION DE CAPACIDAD, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADA O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	21	100.0	-	-	-	-	21	100.0
Atlántico	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Bogotá, D.E.	4	66.7	2	33.3	-	-	6	100.0
Bolívar	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Boyacá	4	44.5	3	33.3	2	22.2	9	100.0
Caldas	12	92.3	1	7.7	-	-	13	100.0
Cauca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Cesar	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Córdoba	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Cundinamarca	12	75.0	2	12.5	2	12.5	16	100.0
Chocó	2	50.0	1	25.0	1	25.0	4	100.0
Huila	3	60.0	-	-	2	40.0	5	100.0
La Guajira	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Magdalena	2	66.7	1	33.3	-	-	3	100.0
Meta	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Nariño	5	71.4	1	14.3	1	14.3	7	100.0
Quindío	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Risaralda	3	75.0	1	25.0	-	-	4	100.0
Santander	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Tolima	2	66.7	1	33.3	-	-	3	100.0
Valle del Cauca	5	62.5	2	25.0	1	12.5	8	100.0
Amazonas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	92	79.3	15	12.9	9	7.8	116	100.0

Tabla No. 22 CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS OFICIALES - MINTAS GENERALES, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR NIVELES DE REGIONALIZACION. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

NIVELES DE REGIONALIZACION	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Local A	50	86.2	3	5.2	5	8.6	58	100.0
Local B	85	91.4	4	4.3	4	4.3	93	100.0
Regional A	101	84.2	15	12.5	4	3.3	120	100.0
Regional B	54	83.1	8	12.3	3	4.6	65	100.0
Universitario	104	93.7	4	3.6	3	2.7	111	100.0
T O T A L	394	88.1	34	7.6	19	4.3	447	100.0

Excluye 2 centrifugas SIN INFORMACION DE ESTADO: 1 en Nivel Local B
1 en Nivel Universitario

Tabla No. 23 CENTRIFUGAS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS OFICIALES - MIXTAS GENERALES, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR NIVELES DE REGIONALIZACION. E.I.A.M. COLOMBIA 1970

NIVELES DE REGIONALIZACION	REVOLUCIONES POR MINUTO						TOTAL	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		15.000 y más		No.	%
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Local A	15	46.9	16	50.0	1	3.1	32	100.0
Local B	36	58.1	26	41.9	-	-	62	100.0
Regional A	43	56.6	33	43.4	-	-	76	100.0
Regional B	26	60.5	17	39.5	-	-	43	100.0
Universitario	56	58.9	36	37.9	3	3.2	95	100.0
T O T A L	176	57.1	128	41.6	4	1.3	308	100.0

ASOCIACION COLOMBIANA DE
FISIOLÓGOS DE MEDICINA

Tabla No. 24 CENTRIFUGAS EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS OFICIALES - MIXTAS*, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR NIVELES DE REGIONALIZACION. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO				T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 .. 14.999		No.	%
	No.	%	No.	%		
Local A	1	100.0	-	-	1	100.0
Local B	1	100.0	-	-	1	100.0
Regional A	6	60.0	4	40.0	10	100.0
Regional B	5	100.0	-	-	5	100.0
Universitario	3	75.0	1	25.0	4	100.0
T O T A L	16	76.2	5	23.8	21	100.0

*No se encontraron centrifugas de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

Tabla No. 25 CENTRIFUGAS NO INSTALADAS O EN TRAMITE EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS OFICIALES - MIXTAS GENERALES*, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR NIVELES DE REGIONALIZACION. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

NIVELES DE REGIONALIZACION	REVOLUCIONES POR MINUTO				T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		No.	%
	No.	%	No.	%		
Local A	1	50.0	1	50.0	2	100.0
Local B	1	50.0	1	50.0	2	100.0
Regional A	3	100.0	-	-	3	100.0
Regional B	2	100.0	-	-	2	100.0
Universitario	3	100.0	-	-	3	100.0
T O T A L	10	83.3	2	16.7	12	100.0

* No se encontraron centrifugas de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

Tabla No. 26 CENTRIFUGAS SIN INFORMACION DE CAPACIDAD EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS OFICIALES - MIXTAS GENERALES, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR NIVELES DE REGIONALIZACION. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Local A	18	78.3	2	8.7	3	13.0	23	100.0
Local B	23	82.1	3	10.8	2	7.1	28	100.0
Regional A	25	80.7	5	16.1	1	3.2	31	100.0
Regional B	11	73.3	3	20.0	1	6.7	15	100.0
Universitario	9	100.0	-	-	-	-	9	100.0
T O T A L	86	81.1	13	12.3	7	6.6	106	100.0

Tabla No. 27 CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS OFICIALES - MIXTAS,
SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. -
E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
	Antioquia	4	66.7	-	-	2	33.3	6
Atlántico	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Bogotá, D.E.	9	90.0	1	10.0	-	-	10	100.0
Caldas	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Cundinamarca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Chocó	1	33.3	2	66.7	-	-	3	100.0
La Guajira	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Magdalena	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Nariño	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Quindío	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Santander	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Sucre	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Valle del Cauca	12	100.0	-	-	-	-	12	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	42	87.5	3	6.2	3	6.3	48	100.0

Excluye 1 centrífuga SIN INFORMACION DE ESTADO en Quindío.

Tabla No. 28 CENTRIFUGAS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS OFICIALES - MIXTAS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO						TOTAL	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		15.000 y más		No.	%
	No.	%	No.	%	No.	%		
Antioquia	-	-	3	100.0	-	-	3	100.0
Atlántico	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Bogotá, D.E.	-	-	-	-	2	100.0	2	100.0
Caldas	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Cundinamarca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Magdalena	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Nariño	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Santander	1	25.0	2	50.0	1	25.0	4	100.0
Sucre	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	2	33.3	4	66.7	-	-	6	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	12	48.0	10	40.0	3	12.0	25	100.0

NOTA C. En MAL ESTADO de funcionamiento en Instituciones Ambulatorias Oficiales - Mixtas se encontraron 2 centrifugas con capacidad de menos de 5.000 revoluciones por minuto en el departamento del Chocó

Tabla No. 29 CENTRIFUGAS SIN INFORMACION DE CAPACIDAD EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS OFICIALES - MIXTAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
	Antioquia	1	33.3	-	-	2	66.7	3
Bogotá, D.E.	7	87.5	1	12.5	-	-	8	100.0
La Guajira	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Nariño	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Quindío	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Sucre	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	17	80.9	1	4.8	3	14.3	21	100.0

Tabla No. 30 GRADO DE UTILIZACION DE CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA OFICIALES - MIXTAS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO									T O T A L			
	Menos de 5.000			5.000 - 14.999			15.000 y más			Horas de tra- bajo	Grado de utiliza- ción	Horas de tra- bajo	Grado de utiliza- ción
	Horas de tra- bajo		Grado de utiliza- ción	Horas de tra- bajo		Grado de utiliza- ción	Horas de tra- bajo		Grado de utiliza- ción				
	Poten- ciales	Reales		Poten- ciales	Reales		Poten- ciales	Rea- les		Poten- ciales	Reales		
Antioquia	152	114	75.0	168	116	69.1	320	230	71.9	
Atlántico	64	111	173.4	32	39	121.9	96	150	156.3	
Bogotá, D.E.	168	167	99.4	136	157	115.4	16	-	-	320	324	101.3	
Bolívar	88	74	84.1	16	10	62.5	104	84	80.8	
Boyacá	32	20	62.5	32	19	59.4	64	39	60.9	
Caldas	96	52	54.2	88	136	154.6	8	4	50.0	192	192	100.0	
Cauca	8	-	-	72	42	58.3	80	42	52.5	
Cesar	24	9	37.5	16	14	87.5	40	23	57.5	
Córdoba	40	24	60.0	40	5	12.5	80	29	36.3	
Cundinamarca	168	77	45.8	64	35	54.7	232	112	48.3	
Chocó	24	6	25.0	16	-	-	40	6	15.0	
Huila	24	6	25.0	24	10	41.7	48	16	33.3	
La Guajira	32	12	37.5	32	12	37.5	
Magdalena	32	25	78.1	56	18	32.1	88	43	48.9	
Meta	8	8	100.0	8	8	100.0	
Nariño	56	21	37.5	8	-	-	64	21	32.8	
Norte de Santander	32	12	37.5	72	23	31.9	104	35	33.7	
Quindío	32	32	100.0	8	6	75.0	40	38	95.0	
Risaralda	16	25	156.3	48	13	27.1	64	38	59.4	
Santander	184	127	69.0	96	37	38.5	8	3	37.5	288	167	58.0	
Sucre	24	6	25.0	8	4	50.0	32	10	31.3	
Tolima	64	23	35.9	32	12	37.5	96	35	36.5	
Valle del Cauca	352	173	49.2	224	207	92.4	24	4	16.7	600	384	64.0	
Caquetá	8	1	12.5	24	2	8.3	32	3	9.4	
Putumayo	8	3	37.5	8	3	37.5	
San Andrés y Providencia	8	3	37.5	8	3	37.5	
Vaupés	8	-	-	8	-	-	
Resto del país	
T O T A L	1.744	1.128	64.7	1.288	908	70.5	56	11	19.6	3.088	2.047	66.3	

* Incluye solamente centrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 31 GRADO DE UTILIZACION DE CENTRIFUGAS EN HOSPITALES OFICIALES MIXTOS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO									T O T A L		
	Menos de 5.000			5.000			14.999			15.000 y más		
	Horas de tra- bajo	Grado de utiliza- ción	Poten- ciales	Horas de tra- bajo	Grado de utiliza- ción	Poten- ciales	Horas de trabajo	Grado de utiliza- ción	Poten- ciales	Horas de tra- bajo	Grado de utiliza- ción	Poten- ciales
Antioquia	152	114	75.0	144	114	79.2	296	228	77.0
Atlántico	64	111	173.4	24	37	154.2	88	148	168.2
Bogotá, D.E.	168	167	99.4	136	157	115.4	304	324	106.6
Bolívar	88	74	84.1	16	10	62.5	104	84	80.8
Boyacá	32	20	62.5	32	19	59.4	64	39	60.9
Caldas	72	40	55.6	38	136	154.5	8	4	50.0	168	180	107.1
Cauca	8	-	-	72	42	58.3	80	42	52.5
Cesar	24	9	37.5	16	14	87.5	40	23	57.5
Córdoba	40	24	60.0	40	5	12.5	80	29	36.2
Cundinamarca	160	76	47.5	64	35	54.7	224	111	49.6
Chocó	16	3	18.8	16	-	-	32	3	9.4
Huila	24	6	25.0	24	10	41.7	48	16	33.3
La Guajira	32	12	37.5	32	12	37.5
Magdalena	24	22	91.7	56	18	32.1	80	40	50.0
Meta	8	8	100.0	8	8	100.0
Nariño	40	20	50.0	8	-	-	48	20	41.7
Norte de Santander	32	12	37.5	72	23	31.9	104	35	33.7
Quindío	32	32	100.0	8	6	75.0	40	38	95.0
Risaralda	16	25	156.2	48	13	27.1	64	38	59.4
Santander	176	124	70.5	80	31	38.8	256	155	60.5
Sucre	16	3	18.8	8	4	50.0	24	7	29.2
Tolima	64	23	35.9	32	12	37.5	96	35	36.5
Valle del Cauca	336	168	50.0	192	180	93.8	24	4	16.7	552	352	63.8
Caquetá	8	1	12.5	24	2	8.3	32	3	9.4
Putumayo	8	3	37.5	8	3	37.5
San Andrés y Providencia	8	3	37.5	8	3	37.5
Vaupés	8	-	-	8	-	-
Resto del país
T O T A L	1.648	1.097	66.6	1.208	871	72.1	32	8	25.0	2.888	1.976	68.4

* Incluye únicamente centrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 52 GRADO DE UTILIZACION DE CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS OFICIALES - MIXTAS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO									T O T A L		
	Menos de 5.000			5.000 - 14.999			15.000 y más			Horas de trabajo	Grado de utilización	
	Poten- cias	Rea- les	utiliza- ción	Poten- cias	Rea- les	utiliza- ción	Poten- cias	Rea- les	utiliza- ción			
Antioquia	24	2	8.3	24	2	8.3
Atlántico	8	2	25.0	8	2	25.0
Bogotá, D.E.	16	-	...	16	-	-
Caldas	24	12	50.0	24	12	50.0
Cundinamarca	8	1	12.5	8	1	12.5
Chocó	8	3	37.5	8	3	37.5
Magdalena	8	3	37.5	8	3	37.5
Nariño	16	1	6.2	16	1	6.2
Santander	8	3	37.5	16	6	37.5	8	3	37.5	32	12	37.5
Sucre	8	3	37.5	8	3	37.5
Valle del Cauca	16	5	31.2	32	27	84.4	48	32	66.7
Resto del país
T O T A L	96	31	32.3	80	37	46.2	24	3	12.5	200	71	35.5

*

Incluye únicamente centrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 33 CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL I.C.S.S.,
SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. -
E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	14	93.3	1	6.7	-	-	15	100.0
Bogotá, D.E.	13	100.0	-	-	-	-	13	100.0
Bolívar	2	40.0	-	-	3	60.0	5	100.0
Boyacá	4	80.0	1	20.0	-	-	5	100.0
Caldas	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Cundinamarca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Huila	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Magdalena	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Quindío	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Risaralda	3	75.0	1	25.0	-	-	4	100.0
Valle del Cauca	18	100.0	-	-	-	-	18	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	66	91.6	3	4.2	3	4.2	72	100.0

Tabla No. 34 CENTRIFUGAS EN HOSPITALES DEL I.C.S.S.*SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	8	88.9	1	11.1	9	100.0
Bogotá, D.E.	4	100.0	-	-	4	100.0
Bolívar	2	100.0	-	-	2	100.0
Boyacá	4	80.0	1	20.0	5	100.0
Huila	1	100.0	-	-	1	100.0
Magdalena	2	100.0	-	-	2	100.0
Quindío	3	100.0	-	-	3	100.0
Risaralda	3	75.0	1	25.0	4	100.0
Valle del Cauca	17	100.0	-	-	17	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	44	93.6	3	6.4	47	100.0

* No se encontraron centrifugas NO INSTALADAS O EN TRAMITE.

Tabla No. 35 CENTRIFUGAS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES DEL I.C.S.S., SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M, COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO						TOTAL	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		15.000 y más		No.	%
	No.	%	No.	%	No.	%		
Antioquia	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Bogotá, D.E.	1	33.3	2	66.7	-	-	3	100.0
Bolívar	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Boyacá	2	66.7	1	33.3	-	-	3	100.0
Magdalena	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Quindío	1	33.3	2	66.7	-	-	3	100.0
Valle del Cauca	9	52.9	3	17.7	5	29.4	17	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	22	62.9	8	22.8	5	14.3	35	100.0

Tabla No. 36 CENTRIFUGAS EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES DEL I.C.S.S., SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO
	Menos de 5.000
	No.
Antioquia	1
Boyacá	1
Resto del país	-
T O T A L	2

* No se encontraron centrifugas de 5.000 a 14.999, ni de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

Tabla No. 37 CENTRIFUGAS EN HOSPITALES DEL I.C.S.S. SIN INFORMACION DE CAPACIDAD SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	3	100.0	-	-	3	100.0
Bogotá, D.E.	1	100.0	-	-	1	100.0
Boyacá	1	100.0	-	-	1	100.0
Huila	1	100.0	-	-	1	100.0
Risaralda	3	75.0	1	25.0	4	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	9	90.0	1	10.0	10	100.0

Excluye 1 centrifuga SIN INFORMACION DE ESTADO en Antioquia.

No se encontraron centrifugas NO INSTALADAS O EN TRAMITE.

Tabla No. 38 CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL I.C.S.S.*,
 SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS.-
 E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	6	100.0	-	-	6	100.0
Bogotá, D.E.	9	100.0	-	-	9	100.0
Bolívar	-	-	3	100.0	3	100.0
Caldas	4	100.0	-	-	4	100.0
Cundinamarca	1	100.0	-	-	1	100.0
Magdalena	1	100.0	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	1	100.0	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	22	88.0	3	12.0	25	100.0

*No se encontraron centrifugas en MAL ESTADO.

Tabla No. 39 CENTRIFUGAS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL I.C.S.S.*, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO				T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		No.	%
	No.	%	No.	%		
Antioquia	1	16.7	5	83.3	6	100.0
Bogotá, D.E.	1	100.0	-	-	1	100.0
Caldas	4	100.0	-	-	4	100.0
Valle del Cauca	-	-	1	100.0	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	6	50.0	6	50.0	12	100.0

*No se encontraron centrifugas de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

NOTA D. NO INSTALADOS O EN TRAMITE en Instituciones Ambulato -
rias del I.C.S.S. se encontraron 3 centrifugas con capa
cidad de 5.000 - 14.999 revoluciones por minuto, en el
departamento de Bolívar.

Tabla No. 40 CENTRIFUGAS SIN INFORMACION DE CAPACIDAD EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	No.
Bogotá, D.E.	3
Cundinamarca	1
Magdalena	1
Resto del país	-
T O T A L	10

*Todos los equipos se encontraron en BUEN ESTADO.

Tabla No. 44 CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS", SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
	Antioquia	6	100.0	-	-	-	-	6
Atlántico	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Bogotá, D.E.	25	64.1	2	5.1	12	30.8	39	100.0
Bolívar	10	100.0	-	-	-	-	10	100.0
Cundinamarca	3	75.0	1	25.0	-	-	4	100.0
La Guajira	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Norte de Santander	2	50.0	1	25.0	1	25.0	4	100.0
Santander	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Tolima	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Valle del Cauca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Caquetá	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	61	78.2	4	5.1	13	16.7	78	100.0

Tabla No. 45 CENTRIFUGAS EN HOSPITALES DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS",
SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M.
COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Atlántico	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Bogotá, D.E.	23	62.2	2	5.4	12	32.4	37	100.0
Bolívar	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Cundinamarca	3	75.0	1	25.0	-	-	4	100.0
La Guajira	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Santander	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Tolima	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Valle del Cauca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Caquetá	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	47	75.8	3	4.8	12	19.4	62	100.0

Tabla No. 46 CENTRIFUGAS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS"*, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO , POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO				T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		No.	%
	No.	%	No.	%		
Atlántico	-	-	3	100.0	3	100.0
Bogotá, D.E.	2	25.0	6	75.0	8	100.0
Bolívar	-	-	5	100.0	5	100.0
Cundinamarca	2	66.7	1	33.3	3	100.0
Santander	-	-	4	100.0	4	100.0
Tolima	2	100.0	-	-	2	100.0
Caquetá	-	-	1	100.0	1	100.0
Valle del Cauca	-	-	1	100.0	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	6	22.2	21	77.8	27	100.0

* No se encontraron centrifugas de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

NOTA E. En MAL ESTADO de funcionamiento en hospitales del sector "OTRAS DESCENTRALIZADAS" se encontró una centrifuga de 5.000 - 14.999 revoluciones por minuto en el departamento de Cundinamarca.

NOTA F. NO INSTALADAS O EN TRAMITE en Hospitales del sector
"OTRAS DESCENTRALIZADAS" se encontraron seis centrífugas de menos de 5.000 revoluciones por minuto en Bogotá, D.E.

Tabla No. 47 CENTRIFUGAS EN HOSPITALES DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS", SIN INFORMACION DE CAPACIDAD, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Bogotá, D.E.	15	65.2	2	8.7	6	26.1	23	100.0
La Guajira	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	20	71.4	2	7.2	6	21.4	28	100.0

Tabla No. 48 CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS", SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
	Antioquia	4	100.0	-	-	-	-	4
Atlántico	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Bogotá, D.E.	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Bolívar	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Norte de Santander	2	50.0	1	25.0	1	25.0	4	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	14	87.5	1	6.2	1	6.3	16	100.0

Tabla No. 4) CENTRIFUGAS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS", SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO				T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		No.	%
	No.	%	No.	%		
Antioquia	1	25.0	3	75.0	4	100.0
Atlántico	1	100.0	-	-	1	100.0
Bogotá, D.E.	-	-	2	100.0	2	100.0
Bolívar	3	60.0	2	40.0	5	100.0
Norte de Santander	-	-	2	100.0	2	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	5	35.7	9	64.3	14	100.0

* No se encontraron centrifugas de 15.000 Y MAS revoluciones por minuto.

NOTA G. En MAL ESTADO de funcionamiento en Instituciones Ambulatorias del sector "OTRAS DESCENTRALIZADAS" se encontró una centrifuga de 5.000 - 14.999 revoluciones por minuto, en el departamento de Norte de Santander.

NOTA H. En NO INSTALADAS O EN TRAMITE en Instituciones Ambulatorias del sector "OTRAS DESCENTRALIZADAS" se encontró una centrífuga de menos de 5.000 revoluciones por minuto, en el departamento de Norte de Santander.

Tabla No. 50 GRADO DE UTILIZACION DE CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS", SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - F.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	R E V O L U C I O N E S P O R M I N U T O						T O T A L		
	Menos de 5.000			5.000 - 14.999					
	Horas de trabajo		Grado de utiliza- ción	Horas de trabajo		Grado de utiliza- ción	Horas de trabajo		Grado de utiliza- ción
Potenciales	Reales	Potenciales		Reales	Potenciales		Reales		
Antioquia	8	2	25.0	24	14	58.3	32	16	50.0
Atlántico	8	5	62.5	24	-	-	32	5	15.6
Bogotá, D.E.	16	7	43.8	48	34	70.8	64	41	64.1
Bolívar	24	6	25.0	56	47	83.9	80	53	66.3
Cundinamarca	16	7	43.8	8	4	50.0	24	11	45.8
Norte de Santander	16	7	43.8	16	7	43.8
Santander	32	16	50.0	32	16	50.0
Tolima	16	1	6.2	16	1	6.2
Valle del Cauca	8	-	-	8	-	-
Caquetá	8	2	25.0	8	2	25.0
Resto del país
T O T A L	88	28	31.8	224	124	55.4	312	152	48.7

* Incluye únicamente centrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 51 GRADO DE UTILIZACION DE CENTRIFUGAS EN HOSPITALES DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS", SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO						T O T A L		
	Menos de 5.000			5.000 - 14.999					
	Horas de trabajo Potenciales	Horas de trabajo Reales	Grado de utilización	Horas de trabajo Potenciales	Horas de trabajo Reales	Grado de utilización	Horas de trabajo Potenciales	Horas de trabajo Reales	Grado de utilización
Atlántico	24	-	..	24	-	-
Bogotá, D.E.	16	7	43.8	48	34	70.8	64	41	64.1
Bolívar	40	32	80.0	40	32	80.0
Cundinamarca	16	7	43.8	8	4	50.0	24	11	45.8
Santander	32	16	50.0	32	16	50.0
Tolima	16	1	6.2	16	1	6.2
Valle del Cauca	8	8	-	..
Caquetá	8	2	25.0	8	2	25.0
Resto del país
T O T A L	48	15	31.2	168	88.	52.4	216	103	47.7

* Incluye únicamente centrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 52 GRADO DE UTILIZACION DE CENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS", SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	R E V O L U C I O N E S P O R M I N U T O						T O T A L		
	Menos de 5.000			5.000 - 14.999					
	Horas de trabajo		Grado de utiliza- ción	Horas de trabajo		Grado de utiliza- ción	Horas de trabajo		Grado de utiliza- ción
Potenciales	Reales	Potenciales		Reales	Potenciales		Reales		
Antioquia	8	2	25.0	24	14	58.3	32	16	50.0
Atlántico	8	5	62.5	8	5	62.5
Bolívar	24	6	25.0	16	15	93.8	40	21	52.5
Norte de Santander	16	7	43.8	16	7	43.8
Resto del país
T O T A L	40	13	32.5	56	36	64.3	96	49	51.0

* Incluye únicamente centrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 53 CENTRIFUGAS EN HOSPITALES DEL SECTOR PRIVADO SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	12	92.3	1	7.7	-	-	13	100.0
Atlántico	8	100.0	-	-	-	-	8	100.0
Bogotá, D.E.	27	100.0	-	-	-	-	27	100.0
Bolívar	7	77.8	2	22.2	-	-	9	100.0
Boyacá	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Caldas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Cundinamarca	2	66.7	1	33.3	-	-	3	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Huila	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Meta	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Nariño	1	50.0	-	-	1	50.0	2	100.0
Norte de Santander	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Santander	11	100.0	-	-	-	-	11	100.0
Tolima	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Valle del Cauca	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	87	94.6	4	4.3	1	1.1	92	100.0

Excluye 3 centrifugas SIN INFORMACION DE ESTADO: 2 en Bogotá
1 en Santander

Tabla No. 54 CENTRIFUGAS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES PRIVADOS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO						T O T A L	
	Menos de 5.000		5.000 - 14.999		15.000 y más		No.	%
	No.	%	No.	%	No.	%		
Antioquia	4	66.7	2	33.3	-	-	6	100.0
Atlántico	2	25.0	6	75.0	-	-	8	100.0
Bogotá, D.E.	11	61.1	5	27.8	2	11.1	18	100.0
Bolívar	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Boyacá	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Caldas	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Cundinamarca	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Chocó	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Huila	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Meta	1	50.0	-	-	1	50.0	2	100.0
Norte de Santander	2	50.0	2	50.0	-	-	4	100.0
Santander	4	40.0	6	60.0	-	-	10	100.0
Tolima	-	-	3	100.0	-	-	3	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	34	53.1	27	42.2	3	4.7	64	100.0

NOTA I. En MAL ESTADO de funcionamiento en Hospitales Privados se encontraron 4 (cuatro) centrifugas sin información de capacidad ubicados:

1 en Antioquia

2 en Bolívar

1 en Cundinamarca

NOTA J. NO INSTALADA O EN TRAMITE en un hospital privado se encontró una centrífuga de menos de 5.000 revoluciones por minuto, en el departamento de Nariffo.

Tabla No. 55 CENTRIFUGAS EN HOSPITALES PRIVADOS*, SIN INFORMACION DE CAPACIDAD SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	6	85.7	1	14.3	7	100.0
Bogotá, D.E.	9	100.0	-	-	9	100.0
Bolívar	1	33.3	2	66.7	3	100.0
Boyacá	2	100.0	-	-	2	100.0
Cundinamarca	11	50.0	1	50.0	2	100.0
Nariño	1	100.0	-	-	1	100.0
Santander	1	100.0	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	2	100.0	-	-	2	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	23	85.2	4	14.8	27	100.0

*No se encontraron centrifugas NO INSTALADAS O EN TRAMITE.

Excluye 2 centrifugas SIN INFORMACION DE ESTADO en Bogotá, D.E.

Tabla No. 56 GRADO DE UTILIZACION DE CENTRIFUGAS EN HOSPITALES PRIVADOS, SEGUN CAPACIDAD EN REVOLUCIONES POR MINUTO, POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO									T O T A L		
	Menos de 5.000			5,000 - 14.999			15.000 y más			Horas de trabajo	Grado de utilización	
	Horas de trabajo		Grado de utilización	Horas de trabajo		Grado de utilización	Horas de trabajo		Grado de utilización			
	Poten- ciales	Rea- les		Poten- ciales	Rea- les		Poten- ciales	Rea- les		Poten- ciales	Rea- les	
Antioquia	32	22	68.8	16	5	31.2	48	27	56.2
Atlántico	16	11	68.8	48	25	52.1	64	36	56.2
Bogotá, D.E.	80	49	61.2	24	12	50.0	16	5	31.2	120	66	55.0
Bolívar	48	23	47.9	48	23	47.9
Boyacá	8	2	25.0	8	2	25.0
Caldas	8	10	125.0	8	10	125.0
Cundinamarca	8	6	75.0	8	6	75.0
Chocó	8	8	100.0	8	8	100.0
Huila	8	6	75.0	8	6	75.0
Meta	8	3	37.5	8	4	50.0	16	7	43.8
Norte de Santander	16	6	37.5	16	6	37.5	32	12	37.5
Santander	24	18	75.0	40	20	50.0	64	38	59.4
Tolima	24	12	50.0	24	12	50.0
Resto del país
T O T A L	240	140	58.3	192	104	54.2	24	9	37.5	456	253	55.5

* Incluye únicamente centrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

M I C R O C E N T R I F U G A S

Tabla No. 57 MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Atlántico	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Bogotá, D.E.	13	68.4	-	-	6	31.6	19	100.0
Bolívar	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Caldas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Cauca	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Cesar	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Córdoba	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Cundinamarca	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Magdalena	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Norte de Santander	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Risaralda	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Santander	6	54.5	5	45.5	-	-	11	100.0
Sucre	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Tolima	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Valle del Cauca	15	100.0	-	-	-	-	15	100.0
Vaupés	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	62	83.8	6	8.1	6	8.1	74	100.0

Tabla No. 58 MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAÍS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Atlántico	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Bogotá, D.E.	11	64.7	-	-	6	35.3	17	100.0
Bolívar	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Caldas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Cauca	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Cesar	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Córdoba	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Cundinamarca	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Magdalena	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Norte de Santander	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Risaralda	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Santander	5	50.0	5	50.0	-	-	10	100.0
Sucre	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Tolima	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Valle del Cauca	14	100.0	-	-	-	-	14	100.0
Vaupés	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	56	82.4	6	8.8	6	8.8	68	100.0

Tabla No. 59 MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	REVOLUCIONES POR MINUTO
	Menos de 5.000
	No.
Antioquia	2
Bogotá, D.E.	2
Santander	1
Valle del Cauca	1
Resto del país	-
T O T A L	6

* Todos los equipos se encontraron en BUEN ESTADO.

Tabla No. 60 GRADO DE UTILIZACION DE MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	56	21	37.5
Atlántico	24	57	237.5
Bogotá, D.E.	104	162	155.8
Bolívar	8	4	50.0
Caldas	8	5	62.5
Cauca	24	8	33.3
Cesar	8	5	62.5
Córdoba	8	5	62.5
Cundinamarca	32	3	9.4
Chocó	8	-	-
Magdalena	8	6	75.0
Risaralda	8	3	37.5
Santander	48	9	18.8
Sucre	8	8	100.0
Tolima	16	3	18.8
Valle del Cauca	120	83	69.2
Vaupés	8	-	-
Resto del país
T O T A L	496	382	77.0

* Incluye únicamente microcentrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con

Tabla No. 65 MICROCENTRIFUGAS EN HOSPITALES GENERALES OFICIALES - MIXTOS *, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR NIVELES DE REGIONALIZACION. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

NIVELES DE REGIONALIZACION	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Local A	-	-	-	-	-	-
Local B	5	100.0	-	-	5	100.0
Regional A	10	100.0	-	-	10	100.0
Regional B	6	85.7	1	14.3	7	100.0
Universitario	14	77.8	4	22.2	18	100.0
T O T A L	35	87.5	5	12.5	40	100.0

*No se encontraron microcentrifugas NO INSTALADAS O EN TRAMITE.

Tabla No. 66 MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS
 OFICIALES - MIXTAS POR SECCIONES DEL PAIS. -
 E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	No.
Bogotá, D.E.	2
Santander	1
Valle del Cauca	1
Resto del país	-
T O T A L	4

* Todos los equipos se encontraron en BUEN ESTADO.

Tabla No. 68 GRADO DE UTILIZACION DE MICROCENTRIFUGAS EN HOSPITALES OFICIALES - MIXTOS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	24	16	66.7
Atlántico	24	57	237.5
Bogotá, D.E.	48	82	170.8
Bolívar	8	4	50.0
Caldas	8	5	62.5
Cauca	24	8	33.3
Cesar	8	5	62.5
Córdoba	8	5	62.5
Cundinamarca	32	3	9.4
Chocó	8	-	-
Magdalena	8	6	75.0
Risaralda	8	3	37.5
Santander	16	4	25.0
Sucre	8	8	100.0
Tolima	8	3	37.5
Valle del Cauca	72	47	65.3
Vaupés	8	-	-
Resto del país
T O T A L	320	256	80.0

* Incluye únicamente microcentrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 69 GRADO DE UTILIZACION DE MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES
 AMBULATORIAS OFICIALES - MIXTAS POR SECCIONES DEL PAIS. -
 E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZA- CION
	Potenciales	Reales	
Bogotá, D.E.	16	8	50.0
Santander	8	1	12.5
Valle del Cauca	8	1	12.5
Resto del país
T O T A L	32	10	31.2

* Incluye únicamente microcentrífugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 70 MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION
 MEDICA DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS. -
 E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	No.
Antioquia	2
Bogotá, D.E.	3
Vaile del Cauca	5
Resto del país	-
T O T A L	10

*
 Todos los equipos se encontraron en BUEN ESTADO.

Tabla No. 71 MICROCENTRIFUGAS EN HOSPITALES DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS. -- E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	No.
Antioquia	1
Bogotá, D.E.	3
Valle del Cauca	5
Resto del país	-
T O T A L	9

* Todos los equipos se encontraron en BUEN ESTADO.

NOTA K. En BUEN ESTADO de funcionamiento en Instituciones Ambu-
latorias del I.C.S.S. se encontró 1 (una) microcentrífu
ga en el departamento de Antioquia.

Tabla No. 72 GRADO DE UTILIZACION DE MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS. E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	16	2	12.5
Bogotá, D.E.	24	58	241.7
Valle del Cauca	40	35	87.5
Resto del país
T O T A L	80	95	118.8

* Incluye únicamente microcentrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 73 GRADO DE UTILIZACION DE MICROCENTRIFUGAS EN HOSPITALES DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	8	-	-
Bogotá, D.E.	24	58	241.7
Valle del Cauca	40	35	87.5
Resto del país
T O T A L	72	93	129.2

* Incluye únicamente microcentrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 74 GRADO DE UTILIZACION DE MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES
 AMBULATORIAS DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS. -
 E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZA- CION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	8	2	25.0
Resto del país
T O T A L	8	2	25.0

* Incluye únicamente microcentrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 75 MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS"*, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	1	100.0	-	-	1	100.0
Bogotá, D.E.	2	25.0	6	75.0	8	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	3	33.3	6	66.7	9	100.0

*
No se encontraron microcentrifugas en MAL ESTADO.

Tabla No. 76 MICROCENTRIFUGAS EN HOSPITALES DEL SECTOR "OTRAS DES -
CENTRALIZAS"* , SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SEC--
CIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		NO INSTALADAS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Bogotá, D.E.	2	25.0	6	75.0	8	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	2	25.0	6	75.0	8	100.0

*
No se encontraron microcentrifugas en MAL ESTADO.

NOTA L. En BUEN ESTADO de funcionamiento en Instituciones Ambulatorias del sector "Otras Descentralizadas" se encontró 1 (una) microcentrífuga en el departamento de Antioquia.

Tabla No. 77 GRADO DE UTILIZACION DE MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS" POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	HORAS DE TRABAJO		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	8	1	12.5
Bogotá, D.E.	16	14	87.5
Resto del país
T O T A L	24	15	62.5

* Incluye únicamente microcentrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 78 GRADO DE UTILIZACION DE MICROCENTRIFUGAS EN HOSPITALES DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS" POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Bogotá, D.E.	16	14	87.5
Resto del país
T O T A L	16	14	87.5

*Incluye únicamente microcentrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 79 GRADO DE UTILIZACION DE MICROCENTRIFUGAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS" POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970 *

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	8	1	12.5
Resto del país
T O T A L	8	1	12.5

* Incluye únicamente microcentrífugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 80 MICROCENTRIFUGAS EN HOSPITALES PRIVADOS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	No.
Antioquia	1
Santander	3
Tolima	1
Resto del país	-
T O T A L	5

* Todos los equipos se encontraron en BUEN ESTADO.

Tabla No. 81 GRADO DE UTILIZACION DE MICROCENTRIFUGAS EN HOSPITALES PRIVADOS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	8	2	25.0
Santander	24	4	16.7
Tolima	8	-	-
Resto del país
T O T A L	40	6	15.0

* Incluye únicamente microcentrifugas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

FOTOCOLORIMETROS

Tabla No. 82 FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	36	83.7	6	14.0	1	2.3	43	100.0
Atlántico	11	91.7	1	8.3	-	-	12	100.0
Bogotá, D.E.	58	93.5	4	6.5	-	-	62	100.0
Bolívar	15	88.2	-	-	2	11.8	17	100.0
Boyacá	14	93.3	-	-	1	6.7	15	100.0
Caldas	18	94.7	1	5.3	-	-	19	100.0
Cauca	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Cesar	3	50.0	1	16.7	2	33.3	6	100.0
Córdoba	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Cundinamarca	35	92.1	1	2.6	2	5.3	38	100.0
Chocó	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Huila	5	62.5	2	25.0	1	12.5	8	100.0
La Guajira	3	75.0	-	-	1	25.0	4	100.0
Magdalena	11	91.7	1	8.3	-	-	12	100.0
Meta	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Nariño	5	83.3	1	16.7	-	-	6	100.0
Norte de Santander	11	78.6	2	14.3	1	7.1	14	100.0
Quindío	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Risaralda	6	66.7	3	33.3	-	-	9	100.0
Santander	33	89.2	2	5.4	2	5.4	37	100.0
Sucre	1	33.3	-	-	2	66.7	3	100.0
Tolima	12	92.3	-	-	1	7.7	13	100.0
Valle del Cauca	39	88.6	4	9.1	1	2.3	44	100.0
Arauca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Caquetá	1	50.0	1	50.0	-	-	2	100.0
Putumayo	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
San Andrés y Providencia	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Amazonas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	343	87.9	30	7.7	17	4.4	390	100.0

* Excluye 1 fotocolorímetro SIN INFORMACION DE ESTADO en el Valle del Cauca.

Tabla No. 83 FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	29	85.3	4	11.8	1	2.9	34	100.0
Atlántico	10	90.9	1	9.1	-	-	11	100.0
Bogotá, D.E.	50	94.3	3	5.7	-	-	53	100.0
Bolívar	13	92.9	-	-	1	7.1	14	100.0
Boyacá	14	93.3	-	-	1	6.7	15	100.0
Caldas	15	93.7	1	6.3	-	-	16	100.0
Cauca	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Cesar	3	50.0	1	16.7	2	33.3	6	100.0
Córdoba	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Cundinamarca	35	92.1	1	2.6	2	5.3	38	100.0
Chocó	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Huila	4	57.1	2	28.6	1	14.3	7	100.0
La Guajira	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Magdalena	11	100.0	-	-	-	-	11	100.0
Meta	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Nariño	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Norte de Santander	9	75.0	2	16.7	1	8.3	12	100.0
Quindío	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Risaralda	6	66.7	3	33.3	-	-	9	100.0
Santander	31	88.6	2	5.7	2	5.7	35	100.0
Sucre	1	50.0	-	-	1	50.0	2	100.0
Tolima	12	92.3	-	-	1	7.7	13	100.0
Valle del Cauca	33	86.9	4	10.5	1	2.6	38	100.0
Arauca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Caquetá	1	50.0	1	50.0	-	-	2	100.0
Putumayo	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
San Andrés y Providencia	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Amazonas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	310	88.8	25	7.2	14	4.0	349	100.0

Excluye 1 SIN INFORMACION DE ESTADO en el Valle del Cauca

Tabla No. 84 FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	7	77.8	2	22.2	-	-	9	100.0
Atlántico	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Bogotá, D.E.	8	88.9	1	11.1	-	-	9	100.0
Bolívar	2	66.7	-	-	1	33.3	3	100.0
Caldas	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Huila	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
La Guajira	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Magdalena	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Nariño	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Norte de Santander	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Santander	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Sucre	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Valle del Cauca	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	33	80.5	5	12.2	3	7.3	41	100.0

Tabla No. 85 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIO
 DE ATENCION MEDICA POR SECCIONES DEL PAIS. -- E.I.A.M.
 COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZA- CION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	288	131	45.5
Atlántico	88	111	126.1
Bogotá, D.E.	448	363	81.0
Bolívar	112	75	67.0
Boyacá	88	53	60.2
Caldas	128	90	70.3
Cauca	16	10	62.5
Cesar	24	2	8.3
Córdoba	40	22	55.0
Cundinamarca	272	102	37.5
Chocó	40	8	20.0
Huila	40	16	40.0
La Guajira	24	8	33.3
Magdalena	88	31	35.2
Meta	16	8	50.0
Nariño	40	7	17.5
Norte de Santander	88	25	28.4
Quindío	56	39	69.6
Risaralda	40	30	75.0
Santander	248	100	40.3
Sucre	8	3	37.5
Tolima	96	24	25.0
Valle del Cauca	312	176	56.4
Caquetá	8	1	12.5
Putumayo	8	-	-
San Andrés y Providencia	8	1	12.5
Resto del país
T O T A L	2.624	1.436	54.7

*Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 86 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	232	105	45.3
Atlántico	80	107	133.7
Bogotá, D.E.	392	339	86.5
Bolívar	96	61	63.5
Boyacá	88	53	60.2
Caldas	104	72	69.2
Cauca	16	10	62.5
Cesar	24	2	8.3
Córdoba	40	22	55.0
Cundinamarca	272	102	37.5
Chocó	32	8	25.0
Huila	32	15	46.9
La Guajira	24	8	33.3
Magdalena	88	31	35.2
Meta	16	8	50.0
Nariño	40	7	17.5
Norte de Santander	72	19	26.4
Quindío	56	39	69.6
Risaralda	40	30	75.0
Santander	232	94	40.5
Sucre	8	3	37.5
Tolima	96	24	25.0
Valle del Cauca	264	155	58.7
Caquetá	8	1	12.5
Putumayo	8	-	-
San Andrés y Providencia	8	1	12.5
Resto del país
T O T A L	2.368	1.316	55.6

* Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 87 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	56	26	46.4
Atlántico	8	4	50.0
Bogotá, D.E.	56	24	42.9
Bolívar	16	14	87.5
Caldas	24	18	75.0
Chocó	8	-	-
Huila	8	1	12.5
Norte de Santander	16	6	37.5
Santander	16	6	37.5
Valle del Cauca	48	21	43.8
Resto del país
T O T A L	256	120	46.9

*Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 38 FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA OFICIALES - MIXTAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	16	80.0	3	15.0	1	5.0	20	100.0
Atlántico	4	80.0	1	20.0	-	-	5	100.0
Bogotá, D.E.	23	95.8	1	4.2	-	-	24	100.0
Bolívar	7	87.5	-	-	1	12.5	8	100.0
Boyacá	9	90.0	-	-	1	10.0	10	100.0
Caldas	15	93.8	1	6.2	-	-	16	100.0
Cauca	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Cesar	3	50.0	1	16.7	2	33.3	6	100.0
Córdoba	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Cundinamarca	30	90.9	1	3.0	2	6.1	33	100.0
Chocó	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Huila	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
La Guajira	3	75.0	-	-	1	25.0	4	100.0
Magdalena	9	100.0	-	-	-	-	9	100.0
Meta	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Nariño	5	83.3	1	16.7	-	-	6	100.0
Norte de Santander	7	70.0	2	20.0	1	10.0	10	100.0
Quindío	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Risaralta	3	50.0	3	50.0	-	-	6	100.0
Santander	22	91.7	-	-	2	9.3	24	100.0
Sucre	1	33.3	-	-	2	66.7	3	100.0
Tolima	7	87.5	-	-	1	12.5	8	100.0
Valle del Cauca	27	84.4	4	12.5	1	3.1	32	100.0
Arauca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Caquetá	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
San Andrés y Provid.	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Amazonas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	217	86.4	19	7.6	15	6.0	251	100.0

Excluye 1 fotocolorímetro SIN INFORMACION DE ESTADO en el Valle del Cauca.

Tabla No. 8. FOTOCOLORIMETROS EN HOSPITALES OFICIALES - MIXTOS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	16	80.0	3	15.0	1	5.0	20	100.0
Atlántico	4	80.0	1	20.0	-	-	5	100.0
Bogotá, D.E.	21	100.0	-	-	-	-	21	100.0
Bolívar	7	87.5	-	-	1	12.5	8	100.0
Boyacá	9	90.0	-	-	1	10.0	10	100.0
Caldas	14	93.3	1	6.7	-	-	15	100.0
Cauca	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Cesar	3	50.0	1	16.7	2	33.3	6	100.0
Córdoba	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Cundinamarca	30	90.9	1	3.0	2	6.1	33	100.0
Chocó	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Huila	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
La Guajira	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Magdalena	9	100.0	-	-	-	-	9	100.0
Meta	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Nariño	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Norte de Santander	7	70.0	2	20.0	1	10.0	10	100.0
Quindío	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Risaralda	3	50.0	3	50.0	-	-	6	100.0
Santander	20	90.9	-	-	2	9.1	22	100.0
Sucre	1	50.0	-	-	1	50.0	2	100.0
Tolima	7	87.5	-	-	1	12.5	8	100.0
Valle del Cauca	21	80.8	4	15.4	1	3.8	26	100.0
Arauca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Caquetá	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
San Andrés y Providencia	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Amazonas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	204	87.2	17	7.3	13	5.5	234	100.0

Excluye 1 fotocolorímetro SIN INFORMACION DE ESTADO en el Valle del Cauca.

Tabla No. 90 FOTOCOLORIMETROS EN HOSPITALES GENERALES OFICIALES - MIXTOS
 SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR NIVELES DE REGIONALIZA-
 CION. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

NIVELES DE RE - GIONALIZACION	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Local A	12	80.0	-	-	3	20.0	15	100.0
Local B	48	88.9	2	3.7	4	7.4	54	100.0
Regional A	54	87.1	4	6.4	4	6.5	62	100.0
Regional B	27	84.4	4	12.5	1	3.1	32	100.0
Universitario	31	93.9	2	6.1	-	-	33	100.0
T O T A L	172	87.8	12	6.1	12	6.1	196	100.0

Excluye 1 fotocolorímetro SIN INFORMACION DE ESTADO en el nivel universita-
rio.

Tabla No. 91 FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS OFICIALES - MIXTAS SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Bogotá, D.E.	2	66,7	1	33.3	-	-	3	100.0
Caldas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Huila	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
La Guajira	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Nariño	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Santander	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Sucre	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Valle del Cauca	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	13	76.5	2	11.8	2	11.7	17	100.0

Tabla No. 92 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA OFICIALES - MIXTAS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	128	48	37.5
Atlántico	32	81	253.1
Bogotá, D.E.	184	155	84.2
Bolívar	48	25	52.1
Boyacá	56	50	89.3
Caldas	104	70	67.3
Cauca	16	10	62.5
Cesar	24	2	8.3
Córdoba	40	22	55.0
Cundinamarca	232	81	34.9
Chocó	32	-	-
Huila	32	10	31.2
La Guajira	24	8	33.3
Magdalena	72	29	40.3
Meta	8	6	75.0
Nariño	40	7	17.5
Norte de Santander	56	18	32.1
Quindío	48	31	64.6
Risaralda	16	27	168.8
Santander	160	71	44.4
Sucre	8	3	37.5
Tolima	56	16	28.6
Valle del Cauca	216	112	51.8
Putumayo	8	-	-
San Andrés y Providencia	8	1	12.5
Resto del país
T O T A L	1.648	883	53.6

*Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 93 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN HOSPITALES OFICIALES - MUESTROS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M., COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	HORAS DE TRABAJO		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	128	48	37.5
Atlántico	32	81	253.1
Bogotá, D.E.	168	149	88.7
Bolívar	48	25	52.1
Boyacá	56	50	89.3
Caldas	96	68	70.8
Cauca	16	10	62.5
Cesar	24	2	8.3
Córdoba	40	22	55.0
Cundinamarca	232	81	34.9
Chocó	24	-	-
Huila	24	9	37.5
La Guajira	24	8	33.3
Magdalena	72	29	40.3
Meta	8	6	75.0
Nariño	40	7	17.5
Norte de Santander	56	18	32.1
Quindío	48	31	64.6
Risaralda	16	27	168.8
Santander	144	65	45.1
Sucre	8	3	37.5
Tolima	56	16	28.6
Valle del Cauca	168	91	54.2
Putumayo	8	-	-
San Andrés y Providencia	8	1	12.5
Resto del país
T O T A L	1.544	847	54.9

* Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 94 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES
 AMBULATORIAS OFICIALES - MIXTAS POR SECCIONES DEL PAIS. -
 E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZA- CION
	Potenciales	Reales	
Bogotá, D.E.	16	6	37.5
Caldas	8	2	25.0
Chocó	8	-	-
Huila	8	1	12.5
Santander	16	6	37.5
Valle del Cauca	48	21	43.8
Resto del país
T O T A L	104	36	34.6

*Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 95 FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL I.C.S.S. SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
	Antioquia	8	80.0	2	20.0	-	-	10
Bogotá, D.E.	10	90.9	1	9.1	-	-	11	100.0
Bolívar	1	50.0	-	-	1	50.0	2	100.0
Boyacá	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Caldas	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Huila	-	-	2	66.7	1	33.3	3	100.0
Magdalena	2	66.7	1	33.3	-	-	3	100.0
Quindío	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Risaralda	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Valle del Cauca	9	100.0	-	-	-	-	9	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	39	83.0	6	12.8	2	4.2	47	100.0

Tabla No. 96 FOTOCOLORIMETROS EN HOSPITALES DEL I.C.S.S. SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	4	30.0	1	20.0	-	-	5	100.0
Bogotá, D.E.	5	83.3	1	16.7	-	-	6	100.0
Bolívar	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Boyacá	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Huila	-	-	2	66.7	1	33.3	3	100.0
Magdalena	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Quindío	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Risaralda	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Valle del Cauca	9	100.0	-	-	-	-	9	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	28	84.9	4	12.1	1	3.0	33	100.0

Tabla No. 97 FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL I.C.S.S.
 SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. -
 E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	4	80.0	1	20.0	-	-	5	100.0
Bogotá, D.E.	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Bolívar	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Caldas	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Magdalena	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	11	78.6	2	14.3	1	7.1	14	100.0

Tabla No. 98 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	HORAS DE TRABAJO		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	64	48	75.0
Bogotá, D.E.	72	100	138.9
Bolívar	8	12	150.0
Boyacá	24	1	4.2
Caldas	16	16	100.0
Magdalena	16	2	12.5
Quindío	8	8	100.0
Risaralda	24	3	12.5
Valle del Cauca	72	62	86.1
Resto del país
T O T A L	304	252	82.9

* Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 99 .GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN HOSPITALES
DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA
1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZA- CION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	32	28	87.5
Bogotá, D.E.	32	82	256.2
Bolívar	8	12	150.0
Boyacá	24	1	4.2
Magdalena	16	2	12.5
Quindío	8	8	100.0
Risaralda	24	3	12.5
Valle del Cauca	72	62	86.1
Resto del país
T O T A L	216	198	91.7

* Incluye únicamente fotolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 100 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES
 AMBULATORIAS DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS.
 E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZA- CION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	32	20	62.5
Bogotá, D.E.	40	18	45.0
Caldas	16	16	100.0
Resto del país
T O T A L	88	54	61.4

* Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 101 FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS"*, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	4	80.0	1	20.0	5	100.0
Atlántico	2	100.0	-	-	2	100.0
Bogotá, D.E.	5	83.3	1	16.7	6	100.0
Bolívar	4	100.0	-	-	4	100.0
Cundinamarca	3	100.0	-	-	3	100.0
Norte de Santander	2	100.0	-	-	2	100.0
Santander	2	100.0	-	-	2	100.0
Tolima	1	100.0	-	-	1	100.0
Caquetá	1	100.0	-	-	1	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	25	92.6	2	7.4	27	100.0

* No se encontraron equipos NO INSTALADOS O EN TRAMITE.

Tabla No. 102 FOTOCOLORIMETROS EN HOSPITALES DEL SECTOR "OTRAS DES-CENTRALIZADAS"*, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	1	100.0	-	-	1	100.0
Atlántico	1	100.0	-	-	1	100.0
Bogotá, D.E.	4	80.0	1	20.0	5	100.0
Bolívar	2	100.0	-	-	2	100.0
Cundinamarca	3	100.0	-	-	3	100.0
Santander	2	100.0	-	-	2	100.0
Tolima	1	100.0	-	-	1	100.0
Caquetá	1	100.0	-	-	1	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	16	94.1	1	5.9	17	100.0

* No se encontraron equipos NO INSTALADOS O EN TRAMITE.

Tabla No. 103 FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS"*, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	3	75.0	1	25.0	4	100.0
Atlántico	1	100.0	-	-	1	100.0
Bogotá, D.E.	1	100.0	-	-	1	100.0
Bolívar	2	100.0	-	-	2	100.0
Norte de Santander	2	100.0	-	-	2	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	9	90.0	1	10.0	10	100.0

* No se encontraron equipos NO INSTALADOS O EN TRAMITE.

Tabla No. 104 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS" POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	32	6	18.8
Atlántico	16	4	25.0
Bogotá, D.E.	32	52	162.5
Bolívar	32	30	93.8
Cundinamarca	24	8	33.3
Norte de Santander	16	6	37.5
Santander	16	6	37.5
Tolima	8	1	12.5
Caquetá	8	1	12.5
Resto del país
T O T A L	184	114	62.0

* Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 105 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN HOSPITALES DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS" POR SECCIONES DEL PAIS. -- E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	8	-	-
Atlántico	8	-	-
Bogotá, D.E.	32	52	162.5
Bolívar	16	16	100.0
Cundinamarca	24	8	33.3
Santander	16	6	37.5
Tolima	8	1	12.5
Caquetá	8	1	12.5
Resto del país
T O T A L	120	84	70.0

* Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 106 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS" POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	24	6	25.0
Atlántico	8	4	50.0
Bolívar	16	14	87.5
Norte de Santander	16	6	37.5
Resto del país
T O T A L	64	30	46.9

* Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 107 FOTOCOLORIMETROS EN HOSPITALES PRIVADOS*, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MÁL ESTADO		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	8	100.0	-	-	8	100.0
Atlántico	5	100.0	-	-	5	100.0
Bogotá, D.E.	20	95.2	1	4.8	21	100.0
Bolívar	3	100.0	-	-	3	100.0
Boyacá	2	100.0	-	-	2	100.0
Caldas	1	100.0	-	-	1	100.0
Cundinamarca	2	100.0	-	-	2	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	1	100.0
Huila	1	100.0	-	-	1	100.0
Meta	1	100.0	-	-	1	100.0
Norte de Santander	2	100.0	-	-	2	100.0
Santander	9	81.8	2	18.2	11	100.0
Tolima	4	100.0	-	-	4	100.0
Valle del Cauca	3	100.0	-	-	3	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	62	95.4	3	4.6	65	100.0

* No se encontraron equipos NO INSTALADOS O EN TRAMITE.

Tabla No. 108 GRADO DE UTILIZACION DE FOTOCOLORIMETROS EN HOSPITALES PRIVADOS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	64	29	45.3
Atlántico	40	26	65.0
Bogotá, D.E.	160	56	35.0
Bolívar	24	8	33.3
Boyacá	8	2	25.0
Caldas	8	4	50.0
Cundinamarca	16	13	81.2
Chocó	8	8	100.0
Huila	8	6	75.0
Meta	8	2	25.0
Norte de Santander	16	1	6.2
Santander	72	23	31.9
Tolima	32	7	21.9
Valle del Cauca	24	2	8.3
Resto del país
T O T A L	488	187	38.3

* Incluye únicamente fotocolorímetros en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

FOTOMETROS DE LLAMA

Tabla No. 109 FOTOMETROS DE LLAMA EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, POR FUENTES DE FINANCIACION. E.I.A.M. COLOMBIA 1970

FUENTE DE FINANCIACION	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Oficiales y mixtas	32	72.3	9	20.4	3	6.8	44	100.0
I.C.S.S.	12	100.0	-	-	-	-	12	100.0
Otras descentralizadas	6	85.7	-	-	1	14.3	7	100.0
Privadas	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
TOTAL	59	81.9	9	12.5	4	5.6	72	100.0

Tabla No. 110 FOTOMETROS DE LLAMA EN HOSPITALES GENERALES OFICIALES - MIXTOS
 SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR NIVELES DE REGIONALIZACION
 E.I.A.M. COLOMBIA 1970

NIVELES DE REGIONALI - ZACION	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Local A	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Local B	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Regional A	6	54.5	4	36.4	1	9.1	11	100.0
Regional B	5	71.4	1	14.3	1	14.3	7	100.0
Universitario	10	63.3	2	16.7	-	-	12	100.0
T O T A L	22	68.7	7	21.9	3	9.4	32	100.0

HORNO - ESTUFAS

Tabla No. 111 HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	75	95.0	2	2.5	2	2.5	79	100.0
Atlántico	28	77.8	6	16.7	2	5.5	36	100.0
Bogotá, D.E.	107	93.0	1	0.9	7	6.1	115	100.0
Bolívar	24	92.3	2	7.7	-	-	26	100.0
Boyacá	16	72.7	4	18.2	2	9.1	22	100.0
Caldas	29	93.6	1	3.2	1	3.2	31	100.0
Cauca	10	100.0	-	-	-	-	10	100.0
Cesar	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Córdoba	7	87.5	1	12.5	-	-	8	100.0
Cundinamarca	42	77.8	1	1.8	11	20.4	54	100.0
Chocó	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Huila	7	87.5	-	-	1	12.5	8	100.0
La Guajira	5	71.4	1	14.3	1	14.3	7	100.0
Magdalena	12	75.0	4	25.0	-	-	16	100.0
Meta	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Nariño	16	84.2	1	5.3	2	10.5	19	100.0
Norte de Santander	21	91.3	2	8.7	-	-	23	100.0
Quindío	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Risaralda	14	87.5	1	6.2	1	6.3	16	100.0
Santander	45	93.8	-	-	3	6.2	48	100.0
Sucre	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Tolima	17	80.9	1	4.8	3	14.3	21	100.0
Valle del Cauca	91	88.3	8	7.8	4	3.9	103	100.0
Arauca	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Caquetá	4	80.0	1	20.0	-	-	5	100.0
Putumayo	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
San Andrés y Providencia	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Amazonas	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Vaupés	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	609	88.8	37	5.4	40	5.8	686	100.0

Excluye 6 equipos SIN INFORMACION DE ESTADO: 3 en Bogotá, D.E.
1 en Antioquia
1 en Valle del Cauca
1 en Nariño

Tabla No. 112 HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
	Antioquia	55	94.8	1	1.7	2	3.5	58
Atlántico	25	89.3	3	10.7	-	-	28	100.0
Bogotá, D.E.	92	92.0	1	1.0	7	7.0	100	100.0
Bolívar	20	90.9	2	9.1	-	-	22	100.0
Boyacá	16	72.7	4	18.2	2	9.1	22	100.0
Caldas	23	92.0	1	4.0	1	4.0	25	100.0
Cauca	10	100.0	-	-	-	-	10	100.0
Cesar	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Córdoba	6	85.7	1	14.3	-	-	7	100.0
Cundinamarca	41	77.4	1	1.9	11	20.7	53	100.0
Chocó	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Huila	6	85.7	-	-	1	14.3	7	100.0
La Guajira	5	83.3	1	16.7	-	-	6	100.0
Magdalena	10	71.4	4	28.6	-	-	14	100.0
Meta	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Nariño	12	80.0	1	6.7	2	13.3	15	100.0
Norte de Santander	18	90.0	2	10.0	-	-	20	100.0
Quindío	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Risaralda	14	93.3	1	6.7	-	-	15	100.0
Santander	40	93.0	-	-	3	7.0	43	100.0
Sucre	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Tolima	16	80.0	1	5.0	3	15.0	20	100.0
Valle del Cauca	82	87.2	8	8.5	4	4.3	94	100.0
Arauca	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Caquetá	4	80.0	1	20.0	-	-	5	100.0
Putumayo	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
San Andrés y Providencia	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Amazonas	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Vaupés	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	530	88.5	33	5.5	36	6.0	599	100.0

Excluye 4 equipos SIN INFORMACION DE ESTADO: 2 en Bogotá, D.E.
1 en Antioquia
1 en Valle del Cauca

Tabla No. 113 HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALA DOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	20	95.2	1	4.8	-	-	21	100.0
Atlántico	3	37.5	3	37.5	2	25.0	8	100.0
Bogotá, D.E.	15	100.0	-	-	-	-	15	100.0
Bolívar	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Caldas	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Córdoba	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Cundinamarca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Huila	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
La Guajira	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Magdalena	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Nariño	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Norte de Santander	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Quindío	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Risaralda	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Santander	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Sucre	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Tolima	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	9	100.0	-	-	-	-	9	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	79	90.8	4	4.6	4	4.6	87	100.0

Excluye 2 equipos SIN INFORMACION DE ESTADO: 1 en Bogotá, D.E.
1 en Nariño

Tabla No. 114 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	1.800	1.066	59.2
Atlántico	672	216	32.1
Bogotá, D.E.	2.424	1.677	69.2
Bolívar	528	179	33.9
Boyacá	264	107	40.5
Caldas	576	329	57.1
Cauca	240	99	41.2
Cesar	120	38	31.7
Córdoba	168	78	46.4
Cundinamarca	936	418	44.7
Chocó	144	40	27.8
Huila	168	70	41.7
La Guajira	120	11	9.2
Magdalena	264	132	50.0
Meta	120	48	40.0
Nariño	336	120	35.7
Norte de Santander	432	174	40.3
Quindío	216	123	59.3
Risaralda	408	153	37.5
Santander	984	410	41.7
Sucre	120	31	25.8
Tolima	408	184	45.1
Valle del Cauca	2.136	988	46.2
Caquetá	96	15	15.6
Putumayo	24	2	8.3
San Andrés y Providencia	48	26	54.2
Amazonas	48	6	12.5
Vaupés	24	-	-
Resto del país
T O T A L	13.824	6.745	48.8

* Incluye únicamente horno - estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 115 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	1.320	749	56.7
Atlántico	600	207	34.5
Bogotá, D.E.	2.112	1.477	69.9
Bolívar	432	159	36.8
Boyacá	264	107	40.5
Caldas	432	239	55.3
Cauca	240	99	41.2
Cesar	120	38	31.7
Córdoba	144	70	48.6
Cundinamarca	912	394	43.2
Chocó	120	16	13.3
Huila	144	69	47.9
La Guajira	120	11	9.2
Magdalena	216	116	53.7
Meta	120	48	40.0
Nariño	240	45	18.7
Norte de Santander	360	125	34.7
Quindío	168	80	47.6
Risaralda	408	153	37.5
Santander	888	337	37.9
Sucre	96	29	30.2
Tolima	384	183	47.7
Valle del Cauca	1.920	949	49.4
Caquetá	96	15	15.6
Putumayo	24	2	8.3
San Andrés y Providencia	48	26	54.2
Amazonas	48	6	12.5
Vaupés	24
Resto del país
T O T A L	12.000	5.749	47.9

* Incluye únicamente horno - estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 116 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES
AMBULATORIAS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA
1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZA- CION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	480	317	66.0
Atlántico	72	9	12.5
Bogotá, D.E.	312	200	64.1
Bolívar	96	20	20.8
Caldas	144	90	62.5
Córdoba	24	8	33.3
Cundinamarca	24	24	100.0
Chocó	24	24	100.0
Huila	24	1	4.2
Magdalena	48	16	33.3
Nariño	96	75	78.1
Norte de Santander	72	49	68.1
Quindío	48	48	100.0
Santander	96	73	76.0
Sucre	24	2	8.3
Tolima	24	1	4.2
Valle del Cauca	216	39	18.1
Resto del país
T O T A L	1.824	996	54.6

*Incluye únicamente horno - estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 117 HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA OFICIALES-MIXTAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
	Antioquia	31	91.2	1	2.9	2	5.9	34
Atlántico	17	68.0	6	24.0	2	8.0	25	100.0
Bogotá, D.E.	50	98.0	-	-	1	2.0	51	100.0
Bolívar	15	93.8	1	6.2	-	-	16	100.0
Boyacá	8	57.1	4	28.6	2	14.3	14	100.0
Caldas	25	92.6	1	3.7	1	3.7	27	100.0
Cauca	10	100.0	-	-	-	-	10	100.0
Cesar	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Córdoba	7	87.5	1	12.5	-	-	8	100.0
Cundinamarca	33	73.3	1	2.2	11	24.5	45	100.0
Chocó	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Huila	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
La Guajira	4	66.6	1	16.7	1	16.7	6	100.0
Magdalena	8	66.7	4	33.3	-	-	12	100.0
Meta	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Nariño	12	80.0	1	6.7	2	13.3	15	100.0
Norte de Santander	12	92.3	1	7.7	-	-	13	100.0
Quindío	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Risaralda	14	93.3	1	6.7	-	-	15	100.0
Santander	29	90.6	-	-	3	9.4	32	100.0
Sucre	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Tolima	13	76.5	1	5.9	3	17.6	17	100.0
Valle del Cauca	68	87.2	7	9.0	3	3.8	78	100.0
Arauca	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Caquetá	2	66.7	1	33.3	-	-	3	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
San Andrés y Providencia	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Amazonas	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Vaupés	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	400	86,4	32	6,9	31	6,7	463	100,0

Encluye 3 hornos - estufas SIN INFORMACION DE ESTADO: 1 en Antioquia
1 en Nariño
1 en Valle del Cauca

Tabla No. 118 HORNO - ESTUFAS EN HOSPITALES OFICIALES - MIXTOS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALA DOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	31	91.2	1	2.9	2	5.9	34	100.0
Atlántico	15	83.3	3	16.7	-	-	18	100.0
Bogotá, D.E.	44	97.8	-	-	1	2.2	45	100.0
Bolívar	14	93.3	1	6.7	-	-	15	100.0
Boyacá	8	57.1	4	28.6	2	14.3	14	100.0
Caldas	21	91.3	1	4.4	1	4.3	23	100.0
Cauca	10	100.0	-	-	-	-	10	100.0
Cesar	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Córdoba	6	85.7	1	14.3	-	-	7	100.0
Cundinamarca	33	73.3	1	2.2	11	24.5	45	100.0
Chocó	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Huila	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
La Guajira	4	80.0	1	20.0	-	-	5	100.0
Magdalena	8	66.7	4	33.3	-	-	12	100.0
Meta	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Nariño	8	72.7	1	9.1	2	18.2	11	100.0
Norte de Santander	12	92.3	1	7.7	-	-	13	100.0
Quindío	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Risaralda	14	93.3	1	6.7	-	-	15	100.0
Santander	25	89.3	-	-	3	10.7	28	100.0
Sucre	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Tolima	12	75.0	1	6.2	3	18.8	16	100.0
Valle del Cauca	60	85.7	7	10.0	3	4.3	70	100.0
Arauca	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Caquetá	2	66.7	1	33.3	-	-	3	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
San Andrés y Providencia	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Amazonas	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Vaupés	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	364	86.5	29	6.9	28	6.6	421	100.0

Excluye 2 horno - estufas SIN INFORMACION DE ESTADO: 1 en Antioquia
1 en Valle del Cauca

Tabla No. 139 HORNO - ESTUFAS EN HOSPITALES GENERALES OFICIALES - MIXTOS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR NIVELES DE REGIONALIZACION. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

NIVELES DE REGIONALIZACION	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Local A	16	69.6	2	8.7	5	21.7	23	100.0
Local B	67	88.2	3	3.9	6	7.9	76	100.0
Regional A	77	82.8	10	10.8	6	6.4	93	100.0
Regional B	52	85.2	9	14.8	-	-	61	100.0
Universitario	86	95.6	3	3.3	1	1.1	90	100.0
T O T A L	298	86.9	27	7.9	18	5.2	343	100.0

Excluye 1 horno - estufa SIN INFORMACION DE ESTADO en el nivel universitario

Tabla No. 120 HORNO - ESTUFA EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS OFICIALES - MIXTAS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántico	2	28.6	3	42.8	2	28.6	7	100.0
Bogotá, D.E.	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0
Bolívar	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Caldas	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Córdoba	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Huila	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
La Guajira	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Nariño	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Quindío	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Santander	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Sucre	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Tolima	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	8	100.0	-	-	-	-	8	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	36	85.7	3	7.2	3	7.1	42	100.0

Excluye 1 horno - estufa SIN INFORMACION DE ESTADO en Nariño.

Tabla No. 121 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA OFICIALES - MIXTAS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	744	401	53.9
Atlántico	408	180	44.1
Bogotá, D.E.	1.200	968	80.7
Bolívar	312	116	37.2
Boyacá	144	71	49.3
Caldas	480	285	59.4
Cauca	240	99	41.2
Cesar	120	38	31.7
Córdoba	168	78	46.4
Cundinamarca	720	328	45.6
Chocó	120	32	26.7
Huila	144	64	44.4
La Guajira	96	11	11.4
Magdalena	168	89	53.0
Meta	96	44	45.8
Nariño	288	120	41.7
Norte de Santander	288	97	33.7
Quindío	168	112	66.7
Risaralda	336	127	37.8
Santander	624	269	43.1
Sucre	120	31	25.8
Tolima	312	120	38.5
Valle del Cauca	1.584	756	47.7
Caquetá	48	12	25.0
Putumayo	24	2	8.3
San Andrés y Providencia	48	26	54.2
Amazonas	48	6	12.5
Vaupés	24	-	-
Resto del país
T O T A L	9.072	4.482	49.4

* Incluye únicamente horno - estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 122 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN HOSPITALES OFICIALES - MIXTOS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	744	401	53.9
Atlántico	360	176	48.9
Bogotá, D.E.	1.056	908	85.9
Bolívar	288	113	39.2
Boyacá	144	71	49.3
Caldas	384	211	54.9
Cauca	240	99	41.2
Cesar	120	38	31.7
Córdoba	144	70	48.6
Cundinamarca	720	328	45.6
Chocó	96	8	8.3
Huila	120	63	52.5
La Guajira	96	11	11.5
Magdalena	168	89	53.0
Meta	96	44	45.8
Nariño	192	45	23.4
Norte de Santander	288	97	33.7
Quindío	120	64	53.3
Risaralda	336	127	37.8
Santander	528	196	37.1
Sucre	96	29	30.2
Tolima	288	119	41.3
Valle del Cauca	1.392	719	51.6
Caquetá	48	12	25.0
Putumayo	24	2	8.3
San Andrés y Providencia	48	26	54.2
Amazonas	48	6	12.5
Vaupés	24	-	-
Resto del país
T O T A L	8.208	4.072	49.6

*Incluye únicamente horno - estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 126 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES
 AMBULATORIAS OFICIALES - MIXTAS POR SECCIONES DEL PAIS.
 E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZA- CION
	Potenciales	Reales	
Atlántico	48	4	8.3
Bogotá, D.E.	144	60	41.7
Bolívar	24	3	12.5
Caldas	96	74	77.1
Córdoba	24	8	33.3
Chocó	24	24	100.0
Huila	24	1	4.2
Nariño	96	75	78.1
Quindío	48	48	100.0
Santander	96	73	76.0
Sucre	24	2	8.3
Tolima	24	1	4.2
Valle del Cauca	192	37	19.3
Resto del país
T O T A L	364	410	47.4

* Incluye únicamente horno - estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 124 HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL I.C.S.S., SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	20	100.0	-	-	-	-	20	100.0
Bogotá, D.E.	12	100.0	-	-	-	-	12	100.0
Bolívar	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Boyacá	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Caldas	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Cundinamarca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Huila	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Magdalena	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Quindío	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Risaralda	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Valle del Cauca	19	90.5	1	4.8	1	4.7	21	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	69	95.8	1	1.4	2	2.8	72	100.0

Excluye 1 horno - estufa SIN INFORMACION DE ESTADO en Bogotá, D.E.

Tabla.No. 125 HORNO - ESTUFAS EN HOSPITALES DEL I.C.S.S., SEGUN ESTADO DE
 . FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA
 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADGS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	8	100.0	-	-	-	-	8	100.0
Bogotá, D.E.	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Bolívar	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Boyacá	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Huila	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Magdalena	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Quindío	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Risaralda	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Valle del Cauca	18	90.0	1	5.0	1	5.0	20	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	43	93.5	1	2.2	2	4.3	46	100.0

Tabla No. 126 HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL
 I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS, - E.I.A.M. COLOMBIA
 1970*

SECCIONES DEL PAIS	No.
Antioquia	12
Bogotá, D.E.	7
Bolívar	1
Caldas	2
Cundinamarca	1
Magdalena	2
Valle del Cauca	1
Resto del país	4
T O T A L	26

*

Todos los equipos se encontraron en BUEN ESTADO

Excluye un horno - estufa SIN INFORMACION DE ESTADO en Bogotá, D.E.

Tabla No. 127 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS. E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	480	253	52.7
Bogotá, D.E.	288	236	81.9
Bolívar	48	16	33.3
Boyacá	96	34	35.4
Caldas	48	16	33.3
Cundinamarca	24	24	100.0
Magdalena	96	43	44.8
Quindío	48	16	33.3
Risaralda	72	26	36.1
Valle del Cauca	456	227	49.8
Resto del país
T O T A L	1.656	891	53.8

* Incluye únicamente horno - estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 128 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN HOSPITALES
 DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA
 1970 *

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZA - CION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	192	108	56.2
Bogotá, D.E.	120	96	80.0
Bolívar	24	12	50.0
Boyacá	96	34	35.4
Magdalena	48	27	56.2
Quindío	48	16	33.3
Risaralda	72	26	36.1
Valle del Cauca	432	225	52.1
Resto del país
T O T A L	1,032	544	52.7

* Incluye únicamente horno - estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 129 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES
 AMBULATORIAS DEL I.C.S.S. POR SECCIONES DEL PAIS. -
 E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZA- CION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	288	145	50.4
Bogotá, D.E.	168	140	83.3
Bolívar	24	4	16.7
Caldas	48	16	33.3
Cundinamarca	24	24	100.0
Magdalena	48	16	33.3
Valle del Cauca	24	2	8.3
Resto del país
T O T A L	624	347	55.6

* Incluye únicamente horno - estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 130 HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS" SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	10	90.9	1	9.1	-	-	11	100.0
Atlántico	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Bogotá, D.E.	17	77.3	-	-	5	22.7	22	100.0
Bolívar	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Caldas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Cundinamarca	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
La Guajira	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Norte de Santander	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Risaralda	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Santander	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Tolima	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Caquetá	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	53	88.3	1	1.7	6	10.0	60	100.0

Tabla No. 131 HORNO - ESTUFAS EN HOSPITALES DEL SECTOR "OTRAS DESCEN
TRALIZADAS"*, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SEC -
CIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	2	100.0	-	-	2	100.0
Atlántico	3	100.0	-	-	3	100.0
Bogotá, D.E.	15	75.0	5	25.0	20	100.0
Bolívar	2	100.0	-	-	2	100.0
Caldas	1	100.0	-	-	1	100.0
Cundinamarca	3	100.0	-	-	3	100.0
La Guajira	1	100.0	-	-	1	100.0
Santander	4	100.0	-	-	4	100.0
Tolima	1	100.0	-	-	1	100.0
Valle del Cauca	1	100.0	-	-	1	100.0
Caquetá	2	100.0	-	-	2	100.0
Putumayo	1	100.0	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-
T O T A L	36	87.8	5	12.2	41	100.0

*No se encontraron horno - estufas en MAL ESTADO.

Tabla No. 132 HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL SECTOR
 "OTRAS DESCENTRALIZADAS", SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR
 SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	8	88.9	1	11.1	-	-	9	100.0
Atlántico	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Bogotá, D.E.	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Bolívar	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Norte de Santander	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Risaralda	-	-	-	-	1	100.0	1	100.0
Santander	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	17	89.4	1	5.3	1	5.3	19	100.0

Tabla No. 133 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS" POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	240	180	75.0
Atlántico	96	7	7.3
Bogotá, D.E.	360	219	60.8
Bolívar	96	29	30.2
Caldas	24	4	16.7
Cundinamarca	72	22	30.6
La Guajira	24	-	-
Norte de Santander	72	49	68.0
Santander	96	24	25.0
Tolima	24	4	16.7
Valle del Cauca	24	-	-
Caquetá	48	3	6.2
Resto del país
T O T A L	1.176	541	46.0

*Incluye únicamente horno - estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 134 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN HOSPITALES DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS" POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	H O R A S D E T R A B A J O		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	48	8	16.7
Atlántico	72	2	2.8
Bogotá, D.E.	360	219	60.8
Bolívar	48	16	33.3
Caldas	24	4	16.7
Cundinamarca	72	22	30.6
La Guajira	24	-	-
Santander	96	24	25.0
Tolima	24	4	16.7
Valle del Cauca	24	-	-
Caquetá	48	3	6.2
Resto del país
T O T A L	840	302	35.9

* Incluye únicamente horno-estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 135 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN INSTITUCIONES AMBULATORIAS DEL SECTOR "OTRAS DESCENTRALIZADAS" POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	HORAS DE TRABAJO		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	192	172	89.6
Atlántico	24	5	20.8
Bolívar	48	13	27.1
Norte de Santander	72	49	68.1
Resto del país
T O T A L	336	239	71.1

* Incluye únicamente horno - estufas en BUEN ESTADO de funcionamiento con información de horas reales diarias de trabajo.

Tabla No. 136 HORNO - ESTUFAS EN HOSPITALES PRIVADOS, SEGUN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970*

SECCIONES DEL PAIS	BUEN ESTADO		MAL ESTADO		NO INSTALADOS O EN TRAMITE		T O T A L	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	14	100.0	-	-	-	-	14	100.0
Atlántico	7	100.0	-	-	-	-	7	100.0
Bogotá, D.E.	28	93.4	1	3.3	1	3.3	30	100.0
Bolívar	3	75.0	1	25.0	-	-	4	100.0
Boyacá	4	100.0	-	-	-	-	4	100.0
Caldas	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Cundinamarca	5	100.0	-	-	-	-	5	100.0
Chocó	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Huila	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Meta	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0
Nariño	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0
Norte de Santander	3	75.0	1	25.0	-	-	4	100.0
Santander	11	100.0	-	-	-	-	11	100.0
Tolima	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Valle del Cauca	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0
Resto del país	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	27	95.6	3	3.3	1	1.1	91	100.0

Excluye 2 horno - estufas SIN INFORMACION DE ESTADO en Bogotá, D.E.

Tabla No. 137 GRADO DE UTILIZACION DE HORNO - ESTUFAS EN HOSPITALES PRIVADOS POR SECCIONES DEL PAIS. - E.I.A.M. COLOMBIA 1970 *

SECCIONES DEL PAIS	HORAS DE TRABAJO		GRADO DE UTILIZACION
	Potenciales	Reales	
Antioquia	336	232	69.0
Atlántico	168	29	17.3
Bogotá, D.E.	576	254	44.1
Bolívar	72	18	25.0
Boyacá	24	2	8.3
Caldas	24	24	100.0
Cundinamarca	120	44	36.7
Chocó	24	8	33.3
Huila	24	6	25.0
Meta	24	4	16.7
Nariño	48	-	-
Norte de Santander	72	28	38.9
Santander	264	117	44.3
Tolima	72	60	83.3
Valle del Cauca	72	5	6.9
Resto del país
T O T A L	1.920	831	43.3